

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 109
KONU : Mal Alımı Hk

20.02.2018

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 22/02/2018 tarih ve saat 12:00'e kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sıra No	Malın/İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	SEYYAR OKSİJEN TÜPÜ MANOMETRESİ	12	Adet		

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 150 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Bilgi için: Adres: Göl Mah.9 nolu küme evler no:3/Diyadin / AĞRI : Tel : 0 472 511 24 76
Faks : 0 472 511 27 36 e-mail : agridhs1@saglik.gov.tr

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI


AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Diyadin Devlet Hastanesi


OKSİJEN TÜPÜ MANOMETRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1- Regülatör iki adet göstergelerden oluşmalı, göstergelerden bir tanesi tüpün doluluğunu diğeride akış hızını göstermelidir.
- 2- Doluluk göstergesi 0-300 bar arası sklaya sahip olmalıdır.
- 3- Skala maksimum 100'lü kademeler halinde rahatlıkla görülebilmelidir.
- 4- Akış hızı göstergesi minimum 0-15 l/dk olmalıdır, gösterge 5'li kademeler halinde rahatlıkla görülebilmelidir.
- 5- Regülatör nikelaj veya krom kaplamalı olmalıdır.
- 6- Regülatörler 40-50 LT'lik oksijen tüplerine uyumlu olmalıdır.
- 7- Manometrelerle birlikte 10'ar adet uyumlu conta teslim edilmelidir.


Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali
Hizmetler Müdürü


Fuat VURAL
T.K.K.Y. Masınır Kayıt
Kontrol Yetkilisi


Kemalettin KORAN
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü


Bülent YEŞİL
Hemşire
Acil Sorumlusu


17