

372

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **KBB POLİKLİNİĞİ İÇİN MOBİL IŞIK KAYNAĞI ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 26/02/2018 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Egün İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ALIN AYNASI	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARİC):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uz.Dr.Hasan BALABAN

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satılmalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fırl olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:



Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne

Hastanemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları bölümünde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları servisi ile diğer kliniklerden gelen konsültasyonlarda hastaların yerinde muayenesinde kullanılmak üzere aşağıda özellikleri belirtilmiş mobil ışık kaynağı gerekmektedir. Teminin sağlanmasını arz ederim.

Op.Dr.Mücahit Murat Kıcaklı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

1. KBB Kliniğimizde bulunan Karl Storz marka 4 mm'lik 0-30-70 derece teleskop ve 3.5*300 mm'lik flexible rino-farino-larino fiberoskop ile uyumlu olmalıdır.
2. Tekrar şarj edilebilir olmalıdır. Ürün ile birlikte şarj cihazı verilmelidir.
3. Ağırlığı yaklaşık 150 gr olmalıdır.
4. %100 parlaklık süresi en az 30 dakika olmalıdır.
5. Üzerindeki tek tuşla kolaylıkla açılıp kapanabilir olmalıdır.
6. En fazla 60 dakikada %100 şarj edilebilir olmalıdır.
7. Renk sıcaklığı 4000-6000 K arasında olmalıdır.
8. Parlaklık gücü ve şiddeti 110 lm ve 150 klx'den büyük olmalıdır.
9. Alkol vb. dezenfektanlarla temizlenmeye uygun yapıda olmalıdır.
10. Ürün en az 2 yıl garantili olmalı ve ücreti karşılığında 10 yıl servis bakım hizmeti yapılmalıdır.

Örnek Ürün: Karl Storz LED Battery Light Source for Endoscope (Katolog Numarası :11301-DE)