

377

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLIFE DAVET

Sağlık tesisiinizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan ORTOPEDİ POLİKLİNİĞİ İÇİN MALZEME ALIMI işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 26/02/2018 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin IZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ELEKTRİKLİ ŞÖFBEN	ADET	1		
2	ALÇI VE BANDAJ KESME MAKASI	ADET	2		
3	SÜTÜR ALMA MAKASI	ADET	1		
4	KLEMP	ADET	3		
5	CERRAHİ MAKAS	ADET	3		
6	PORTEGÜ	ADET	3		
7	PENSET	ADET	3		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

OLUR
Uz.Dr.Hasan BALABAN

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere venmesi gerekmektedir.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Fili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- Dokme olarak getirilen ve ameliyatın sona kullandığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmemesi takdirde hasta dosyaları kapatsılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminde de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılmacaktır.
- E-posta adresiniz satın alınmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- Alınacak malzemelerin 2 (iki) yıl garanti olması
- Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.

T.C

AĞRI VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

ANİ SU İSITICISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kurumumuz Alçı Odasında kullanılmak üzere 1 Adet Elektrikli Şofben olacaktır.
- 2- Yangına karşı alev almayan orijinal yanmaz hammadde ve ek yalıtımlı dış yüzeyi mevcut olacaktır.
- 3- Gövde yanmaz plastikten olacaktır.
- 4- Beyan basıncı 3-6 bar olacaktır.
- 5- Isı ayar kademesi 3 olacaktır.
- 6- Debi: 2-4 L/dk olacaktır.
- 7- Akış hızı: 3 lt/dk olacaktır.
- 8- Emniyet subapı olacaktır.
- 9-Aşırı ısınmayı önleyicisi olacaktır.
- 10- Şofben 2 yıl garanti olacaktır.
- 11- Alınacak olan şofbenin montajı yapılp, çalışır durumda teslim edilecektir..
- 12- Şofben teknik elemanlar tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra tam ve eksiksiz teslim alınacaktır.
- 13- Montaj aşamasında elektrik malzemesi, nakliye, montaj, işçilik vb her türlü işler yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- 14- Listede belirtilen teknik özellikler dikkate alınarak, teklif edilecek malzemenin doğru malzeme olmasına dikkat edilecektir.

Ümit DURAN



CERRAHİ ALET SETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER;

- 01 . Cerrahi Aletler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmını paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin " teknik şartnameye cevap " metninde belirtilmesi zorunludur . Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır .
- 02 . Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır .
- 03 . Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır .
- 04 . Cerrahi aletlerin fonksiyonları gereği bulunması gerekenlerin dışında keskin kenar bulunmamalıdır .
- 05 . Cerrahi aletlerin bacaklarına kuvvet uygulandığında ortaya çıkan bükülme direncine ve kuvvet azaldığında bacakların ilk pozisyonu dönmeyi sağlayan " elastiki yaprıya " sahip olmalıdır .
- 06 . Cerrahi aletlerin kesici ve tutucu çeneleri sabit ve düzgün hareket etmelidir .
- 07 . Kilit mekanizmasında bacakları yumuşak kilitlenip kolay ayrılan aletler olmalıdır .
- 08 . Eklemsizlerde , bükülme direnci yüksek gövde , fonksiyonel uç ve ergonomik sapi olan aletler olmalıdır .
- 09 . Cerrahi makaslar tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında elemanlarının uç kısımları bir noktada birleşmelidir .
- 10 . Cerrahi makasların ve penslerin mafsallarında boşluk bulunmamalı , yalpalama ve laçkalaşma olmamalıdır .
- 11 . Cerrahi makasların mafsalları yumuşak hareket etmeli ve ne çok sıkı ne de çok gevşek olmalıdır .
- 12 . Pensetlerin sabit eklemlerinde en ufak bir yalpa bulunmamalı , ağız dilleri ve tırtılları aralık bırakılmadan birbirine geçmelidir . Diş ve tırtılların aralıkları temiz olmalıdır .
- 13 . Pensetlerin kolları birer yay gibi esnek olmalıdır .
- 14 . Portegüler tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında ağızları birbirine araklısız oturmalıdır .
- 15 . Pensler tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında elemanlarının ağızları birbirlerine karşılıklı gelmeli ve aralık kalmayacak şekilde oturmalıdır .
- 16 . Cerrahi Aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 derecede buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olacaktır . Ayrıca listeler içerisinde yer alan siyah renkli malzemeler ameliyat esnasında parlamayı tamamen engelleyen , aletlerin kullanım ömrünü ve performansını arttıran , yüzey sertleştirilmesi uygulanmış olan aletlerdir . Bu özellikle aletlerde yüzey sertleştirilmesi ve siyahlaştırma işlemi titanyum alüminyum nitrit veya ceramiccoated tekniklerinden biri ile yapılmış olabilecektir . Kurum diliği takdirde , ihale sonrası bu tür ürünler için birinci avantajlı tekliften başlayarak firmalardan sırası ile bu özelliklerini belgelendirmelerini isteyebilecektir .
- 17 . İstekli bir veya birden fazla sete teklif verebilecekleri gibi setlerin tamamına da teklif verebilirler . Ancak set bütünlüğünün korunması ve aletlerde standartizasyonun sağlanması için teklif verecekleri set veya setlerin içerisindeki tüm ürünlerin tamamına teklif vermemeleri zorunludur . Teklif edilen cerrahi aletler aynı marka olmalıdır . Konteynir ve aparatları farklı marka olabilir . İstekli firmalar ürünlerine ait katalog numaralarını " teknik şartnameye cevap " metninde yazmak zorundadır .
- 18 . T.C Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genege hukumlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibarı ile ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler , taslar , kuvvetler , silikon çimleri v.benzeri hariç) TİTUBB ' de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığından onaylanmış barkod numaralarının " teknik şartnameye cevap " belgesinde belirtilmesi zorunludur . İlgili Sete teklif edilen ürünlerden bir veya fazlasının onaylı barkod numarasının olmaması durumunda set bütünlüğü bozulacağından isteklinin teklifi o sette değerlendirme dışı kalacaktır .
- 19 . İhale dokumanı beyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafi gösteren katalog numaralarını kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik

İsmet DURAN

S. DURAN

şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafta ve aynı fonksiyonları görecek şekilde veya denge diğer marka aletleri de teklif edebilir. Teklif edilen aletlerin ölçülerini istenilenenden 20 cm altı aletlerde +/- 1 cm , 20 cm ve üstü aletlerde +/- 2 cm uzunluklarda olabilecektir. Ancak bu fark aletin ana işlevini gösteren eğim, kavis, ağız metal yapısı, ağız dış yapısı, kıvrım, serasyon gibi işlevsel özelliklerinde istenilenin aynı olmak zorundadır.Teklif edilecek aletlerin uç kısımlarında farklılık bulunması durumunda ise bu farklılığın kabul edilebilir seviyede olduğuna veya reddine ilgili kullanıcı hekim görüşü alınarak karar verilecektir.

20.İstekli firmalar ihale uhdelelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliğini artırmak amacıyla idareminin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az beş personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.

21.İstekli firmalar ihale uhdelelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerden idareminin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği 2 adet cerrahi aleti TS 140 EN ISO 6508-1 Standartlarına uygun olarak TSE den alınmış cerrahi sertlik ölçüm testine gönderecek ücreti firma tarafından karşılaşacaktır.Ölçüm sonucunda uygun olan firmaların teklifi red edilecektir.

25 .Yerli üretimlerde üretici firmmanın, ithal ürünlerde ise ithalatçı firmmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi teklif dosyası içerisinde verilecektir.

26 . Teklif edilecek ürünler fabrikasyon, malzeme ve işçilik hatalarına karşı en az 5 yıl garantisini olacaktır. Garanti üretici , ithalatçı ve satıcı firmalar tarafından ayrı ayrı ürünlerin teslimi esnasında sunulacaktır

27 .Teklif edilecek ürünlerin yetkili satıcısı olduğunu gösteren , ithal ürünlerde ithalatçı ve satıcı firmmanın, yerli ürünlerde imalatçı ve satıcı firmaların yetkili kaydı TITUBB'da bulunmalı ve bu husus belgelendirilmelidir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin (konteynerler, sepetleri , taslar , kuvetler ve benz. hariç) TITUBB Onaylarının bulunduğu dair internet çıktıları ürünlerin teslimi esnasında sunulmalıdır.

28 .İstekli firma teklif ettiğ marka ve ürünü bir bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ürünlerin teslimi esnasında verecektir.

29. İstekliler ihale listesine ek olarak teslim sırasında her sete uygun PTFE filtreli veya valfli konteynur , tel sepet ve silikon çim ücrettsiz olarak vermeliidir.

LİSELİ DURAN

