

381

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **AMELİYATHANE BİRİMİ İÇİN TERLİK ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 26/02/2018 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	AMELİYATHANE TERLİĞİ	ADET	54		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uz.Dr.Hasan BALABAN

BASHEKİM

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olduğundan ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:


TERLİK

NUMARA	ADET
37	2
38	10
39	3
40	5
41	5
42	10
43	12
44	6
45	1

İsmail Aydın
Kontrol
[Signature]

Antistatik Terlik - Ameliyathane Terlik Şartnamesi

- 1) Terlikler tek parça olmalı % 100 copolymer kauçuk birleşiminden üretilmiş olmalıdır.
- 2) Ürün tüm yüzeyinde antistatik mevcut olmalıdır.
- 3) Buharlı ortamlarda 1,34 dereceye kadar dayanıklı olmalıdır ve 90 derecede yıkatabilir olmalıdır.
- 4) Eter ester, alkaliler, hafif asitler, güçlü asitler ve yağlara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 5) Ürün ultra viole ve gamma ışınlarına mukavim olmalıdır.
- 6) Terlik iç tabanında uzun süre ayakta sabit çalışmak zorunda kalındığında kan dolaşımının hızlanması için terliğin içinde minik kabarcıklar mevcut olmalıdır.
- 7) Ürünün ayna altı bölümünde terlemeyi önleyici direkt teması engelleyen tepecikler olmalıdır.
- 8) Taban üst kenarında hava almaya sağlayan karşılıklı delikler olmalıdır.
- 9) Terlikler üstten dökülen sıvıların (kan, tuzat gibi sıvıların) deliklerden içeri sızmasını engeller özellikle yılan kırık geride bırakılmış olmalıdır.
- 10) İç taban ortopedik özellikte olmalıdır.
- 11) Topuk yastık etkisi yapabilmeye özelliğinde olmalıdır.
- 12) Terlik tabanı sert ve kesici cisimlerin ayağa batmasını engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 13) Kuru zeminde ve suda kaymaz, terlik altında kaymayı önleyici özel tasarım olmalıdır, iz bırakmaz olmalıdır.
- 14) Sabit duruşta sağa sola dönülebilir.
- 15) Yürürken ayakta çıkma halidir.
- 16) Terlikler antifungal, antimikrobik ve antibakteriyel hammaddeden üretilmiş olmalıdır. Bakteri barındırmamalıdır.
- 17) Koku yapmayan özellikte olmalıdır.
- 18) Maksimum esnetebilme değeri % 870 olmalıdır.
- 19) Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
- 20) Antistatik özelliği terlik üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- 21) Asiyona ve kırılmaya karşı her türlü imalat ve işçilik hatalarına karşı bir yıl garantili olmalıdır.
- 22) Terliklerin 35-36,37-38,39-40,41-42,43-44,45-46 numaraları mevcut olmalıdır.
- 23) Renk seçeneklerinde lacivert, yeşil, açık mavi, saks mavisi, kırmızı, beyaz, siyah, turuncu, pembe, lila ve beyaz mevcut olmalıdır.


Mevsere