


T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 132
Konu : Malzeme Alımı Hk.

28/02/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 4 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 02/03/2018 tarih ve saat 17:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTUŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	EMG TOPRAK ELEKTRODU İÇİN DÜĞMELİ CIRCİRT	ADET	2		
2	DİĞİTAL RİNG ELEKTROD (DUYU) EMG İÇİN	ADET	2		
3	EEG İÇİN PASTA (EMG-EEG)	ADET	100		
4	EMG İÇİN YÜZEYEL DİSK ELEKTROD (MOTOR KAYIT İÇİN)	ADET	2		
TOPLAM					


Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.


TOPRAK ELEKTRODU ŞARTNAMESİ

1. NIHON KOHDEN EMG Cihazı uyumlu olmalı ve orijinal olmalıdır.
2. Teklif veren firma ürünün orijinalini satmaya yetkili olmalıdır ve bu durumu teklif dosyasında belirtmelidir.
3. VELCRO tipi Toprak elektrod olmalıdır.
4. Yapıştırma kısmı uzunluğu 45cm olmalıdır.
5. Kablosu 1.5m olacaktır.
6. DIN Type connectorlu olmalıdır.
7. Yetişkinler için olacaktır.
8. Elektrod ve bağlantı şeridi birlikte verilmelidir.
9. Parazitsiz çekim yapan elektrodlar tercih edilecektir.
10. Numune değerlendirilmesi yapılacak olup, ürünlerin kabulü bu işlemlerden sonra yapılacaktır:


Hüseyin Bozkurt

EMG PARMAK ELEKTROD ŞARTNAMESİ

1. NIHON KOHDEN EMG Cihazında kullanılacaktır.
2. EEG pastası elektrodlar ile cilt arasındaki kontak rezistansında ki konduktiviteyi Arttıracak, EEG kaydıyla artifaktları engelleyecek özellikte olacaktır.
3. Parmak Elektrodu halkasının uzunluğu 5cm. çapı 3 cm olacaktır.
4. Flexible bağlantı kablosu 2m olacaktır.
5. 5 pinli korumalı input soketi olmalıdır.
6. NIHON KOHDEN EMG Cihazı uyumlu olmalı ve orijinal olmalıdır.
7. Teklif veren firma ürünün orijinalini satmaya yetkili olmalıdır ve bu durumu teklif dosyasında belirtmelidir
8. Numune değerlendirilmesi yapılacak olup, ürünlerin kabulü bu işlemlerden sonra yapılacaktır:


Uğur Bozkurt

EEG Pastası

1. EEG pastası elektrodlar ile cilt arasındaki kontak rezistansında ki konduktiviteyi Arttıracak, EEG kaydıyla artifaktları engelleyecek özellikte olacaktır.

2. NIHON KOHDEN EMG Cihazı uyumlu olmalı ve orijinal olmalıdır.

Teklif veren firma ürünün orijinalini satmaya yetkili olmalıdır ve bu durumu teklif dosyasında belirtmelidir

3. EEG pastası yüksek oda sıcaklığında ve ateşi olan hastalarda en iyi şekilde yapışma özelliği olacaktır.

4. EEG pastası terleme ve elektrodların cilt yüzeyinden ayrılmasını engelleyecek özellikte olacaktır.

5. EEG pastası kullanımdan sonra ayrıca temizleyici maddenin kullanılmasına ihtiyaç göstermeyecektir.

6. Kullanımdan sonra elektrodlarda kalan pastaların suda kolay bir şekilde Temizlenmesi gerekmeyecektir. Bu maksatla suda kolay çözünebilecektir.


7. Kokusuz, opak ve allerjik yapmayacak özellikte olacaktır.

8. Hem EEG (Elektroansefelografi) hem de EP (Evokedpotential) uygulamalarında Kullanılabilir özellikte olacaktır.

9. Pastaların bölümde kullanılan EEG ve EMG cihazlarının orijinal firmasının üretimi olması tercih edilecektir.


10. Pastalar orijinal ambalajında olacak ve bir adedi 400 (dört yüz) gram(+/-) 3 (artı,eksi üç) olacaktır.

11. Numune değerlendirilmesi yapılacak olup, ürünlerin kabulü bu işlemlerden sonra yapılacaktır:


N. B. BOZKURT

YÜZEYEL DISK ELEKTROD ŞARTNAMESİ

1. NIHON KOHDEN EMG Cihazı uyumlu olmalı ve orijinal olmalıdır.
2. Teklif veren firma ürünün orijinalini satmaya yetkili olmalıdır ve bu durumu teklif dosyasında belirtmelidir.
3. NIHON KOHDEN EMG Cihazında kullanılacaktır.
4. Hastaya bağlanan kısmı 2 adet AG/AgCl disk tipinde olacaktır.
5. Flexible kablo 1.4 m olacaktır.
4. 6 pinli korumalı input soketi olmalıdır.
5. Numune verilecek ve cihaz üzerinde denenecektir.
6. Parazitsiz çekim yapan elektrodlar tercih edilecektir.
7. Numune değerlendirilmesi yapılacak olup, ürünlerin kabulü bu işlemlerden sonra yapılacaktır:


İgür BOZKURT