


T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/135
Konu : Malzeme Alımı Hk.

28/02/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 2 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 02/03/2018 tarih ve saat 17:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	LİFE POINT CİHAZINA UYUMLU DEFİBRİLATÖR KAĞIDI	ADET	2		
2	PHİLİPS HEARTSTART XL+ CİHAZA UYUMLU DEFİBRİLATÖR KAĞIDI	ADET	5		
TOPLAM					


Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

DEFİBRİLATÖR KAĞIDI ŞARTNAMESİ

1. Satın alınacak Defibrilatör kağıdı, LIFE POINT marka PRO model Defibrilatör cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Yatay ve dikey hat çizgileri olmamalı, kağıt çizgisiz olmalıdır.
3. Kağıt kardiyografa yerleştirilebilir olmalıdır.
4. Kağıt ambalaj içinde olmalıdır.
5. Satın Alınacak EKG kağıtları numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar birer adet numune vermelidir.


H. B. Bozkurt



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Ağrı Devlet Hastanesi

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ağrı Devlet Hastanesi

DEFİBİLATÖR KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1. 50 mm genişliğinde ve 20 mt. Uzunluğunda olmalıdır.
2. Düz beyaz veya çizgili termal kağıt olmalıdır.
3. Her kutunun veya ambalajın üzerinde ebatı veya matrajı belirtilmelidir.
4. PHILIPS HEARTSTART XL+ cihaza uygun olmalıdır.

NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME:

Ürüne ait numuneler, teknik şartnameyi hazırlayan klinik, birim veya kişiler tarafından denendikten sonra uygunluk verilecektir.

DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

Muayene Mal Kabul Komisyonu tarafından ilgili depoda, yürürlükteki Muayene Mal Kabul yönetmeliklerine göre teslim alınacaktır. Hastaneye (ilgili depoya) teslimattan önce ilgili depo ile teslimat tarihi belirlenecektir.

AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

Ürün ambalajı üzerinde üretici ve satıcı firmalara, ürünün adı ve özelliklerine ait bilgiler, yine varsa üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.

GARANTİ ŞARTLARI:

Ürün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miatlı olmalıdır.

Dr. Şükrü ÖZDEMİR
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Tes. No: 115609
Ağrı Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Gürşat ERDOĞAN
Anesteziyoloji Reanimasyon
Uzmanı
Dip. Tes. No: 145814
Ağrı Devlet Hastanesi

S.B. Ağrı Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Semih ERDEMİR
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tescil No: 122471