

455

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET


Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan MACINTOSH LARINGOSKOP (EGRI) SETİ ALIMI İŞİ 4734 sayılı İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 05/03/2018 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	MACINTOSH LARINGOSKOP (EGRI) SETİ	ADET	1		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

GENEL TOPLAM (KDV HARİCİ):

OLUR
Uz.Dr.Hasan BALABAN


NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve süstine kadar Satınalma Birimi'ne veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Füllü olarak kullanılmış malzeme ameliyat sonrasında belli olacağundan ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dokume olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmemiği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın alınmaya versinse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (iki) yıl garanti olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmانızın kaşesi olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacağıdır.

MACINTOSH LARINGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) 2BLADELİ SET (0,1,) NO'LU BLADELERDEN VE 1 ADET İNCE HANDLEDAN OLUŞMALIDIR.
- 2) MACINTOSH NO:0 80 MM ,NO:1 92 MM BOY ÖLÇÜLERİİNDE OLMALIDIR.
- 3) PASLANMAZ ÇELİKten ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
- 4) BLADE LER ÜZERİNDE KROM KAPLAMA OLMAMALI, İŞIK YANSIMASINI ENGELLEMEN İÇİN MAT ÇELİK YÜZEYE SAHİP OLMALIDIR.
- 5) 2,7 V AMPÜL İLE EN AZ 2000, 3,0 V AMPÜL İLE EN AZ 2500 LÜKS İŞIK VERMELİDİR.
- 6) HANDLE KAYMAYI ENGELLEMEN İÇİN TIRTİKLİ YÜZEYE SAHİP OLMALIDIR,
- 7) HANDLE İKİ ADET PİLİLE KULLANILABİLİNİMLİDİR.
- 8) KOLAY TAKILIP ÇIKARILABİLMELİ , DIN ISO 7376 STANDARTLARINDA ÜRETİLMİŞ CE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.
- 9)ETO, BUHAR VE SABUN SOLÜSYONLARI VE CIDEX İLE TEMİZLENMEYE UYGUN OLMALIDIR.
- 10) KİRLENMEYE VE TOZLANMAYA KARŞI SERT PLASTİK ÇANTASI İÇERİSİNDE HER BİR BLADE VE HANDLE YERLEŞECEK ŞEKİLDE BÖLMELERİNDE OLMALIDIR.
- 11) EN AZ 2 (İKİ) YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.
- 12) ÜRÜN ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI OLUP SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLI OLMALIDIR.
- 13) TÜM BU ÖZELLİKLER ORJİNAL KATALOGDA GÖSTERİLMELİDİR.FOTOKOPI , MUADİL ÜRÜN VS. KABUL EDİLMEMECEKTİR.

