

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 2018/ 15
Hasta : Hatice DEMİR
Konu : Teklife Davet

02.03.2018

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzeme /malzemeler, iş/işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç en geç 06/03/2018 tarih ve saat 10:00'a kadar Baştabipliğimize elden veya 0(472) 551 3305 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

Halil İŞİK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Teklif : Ağrı Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi
Teslimat : Hastanemiz İlgili Birimi
Teklif : Teklif Birim Fiyat-İşin tamamı için teklif verilecektir.



İhtiyaç Listesi

Sıra	Malın/ İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	Emici İnce Yumuşak Köpük yara örtüsü 21*22 cm	48	Adet		
2	Emici İnce Yumuşak Köpük yara örtüsü 17,5*17,5 cm	80	Adet		
3	Ag'li Emici İnce Yumuşak Köpük yara örtüsü 17,5*17,5 cm	96	Adet		

Ek: Teknik Şartname(3 sayfa)

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden 4 gün içinde teslim edilecektir.(Firma tarafından belirtilmek zorundadır. Aksi takdirde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.)
 2. Teklif formuna ürünlerin SUT Kodu yazılacaktır.
 3. Alımı üstlenen firma T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici ve/veya ithalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir. Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığında onaylı olacaktır. (Sundukları belge, üretici ve/veya ithalatçı firmalar için iki rakamı ile başlayan onaylı firma numarasını gösteren internet çıktısı olacaktır).
 4. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
 5. Ödeme Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Hizmetleri Biriminin Nakit durumuna göre yapılacaktır. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
- Yukarıdaki tüm şartlarınızı kabul ediyorum

TEKLİF SAHİBİNİN KAŞE - İMZA	
FİRMA İSMİ	:
TEBLİGAT ADRESİ	:
VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI	:
TELEFON VE FAX NUMARASI	:

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Gümüş Sülfat İçeren Safetac veya Benzeri Teknolojili Örtü

- Örtü, enfeksiyonu giderebilecek konsantrasyonda (1,2mg (+/-0,2)/cm²) gümüş iyonu içermelidir.
- Safetac veya benzeri teknoloji örtü, en az 1,2mg/cm² konsantrasyonunda gümüş (Ag₂SO₄) içermelidir.
- Safetac veya benzeri teknoloji örtü yara enfeksiyonlarında yaygın olarak rastlanan 26 farklı mantar ve bakteri türlerine (gram-pozitif, gram-negatif, antibiyotik dirençli bakteriler) karşı büyümeyi inhibe edici etkiye sahip olmalı ve bu bilimsel yayınlarla kanıtlanabilmelidir.
- Örtü, yüksek emici özellikte poliüretan köpük ped'e sahip olmalı ve yara yatağının nem dengesini bozmadan eksüda emilimi gerçekleştirerek (5.7g/10cm²/24sa) eksüda yönetimi yapabilmelidir.
- Antimikrobiyal poliüretan köpük ped, yüksek miktarda eksüda emme kapasitesine sahip olmalı, aktif karbon ihtiva etmelidir.
- Örtü tek başına, ikincil bir örtü uygulaması gerekmeksizin kullanılabilir.
- Örtünün dış kısmı poliüretan film tabaka ile kaplı olmalı, bu sayede virüs ve bakterilere (> 25nm) karşı koruma sağlamalı, örtü yaranın hava/ nem alışverişine (5.3g/10cm²/24sa) izin vermelidir.
- Antimikrobiyal örtü, bandaj baskısı altında çalışabilmelidir.
- Antimikrobiyal safetac veya benzeri teknoloji örtü vücut hatlarına rahatlıkla uyum sağlamalıdır.
- Ürünün yara ile temas eden tabakasındaki kullanılan yapışkan yüzey ısı ve basınç ile ciltte fiksasyonu artan kimyasal bir yapıda olmamalıdır.
- Örtünün yara temas tabakası soft silikon (safetac veya benzeri teknoloji) özellikte olmalı, yara yatağına yapışmayı engelleyecek şekilde hidrofobik yapıda olmalı, sağlıklı ve kuru cilde yapışırken nemli yara yatağına kesinlikle yapışmamalıdır.
- Örtü değişimlerinde yara yatağı ve çevresindeki sağlıklı ciltte travma oluşturmamalıdır.
- Örtü uygulaması için yara yatağına, aşırı nemlenmeye neden olabilecek krem vb. topikal uygulamalara gerek olmamalı, örtü değişimlerinde ise yara örtüsünü kaldırmak için uzun süreli kullanımları cilde zararlı olabilecek kimyasal çözücüler kullanılmak zorunda kalınmamalıdır.
- Tek kişinin yardım almadan pansuman yapmasına imkan sağlamalıdır.
- Örtü, yaranın gerektirdiği şekilde kesilerek uygulanabilmeli ve kesilme sonucu hiçbir özelliğini kaybetmemelidir.

9

ⓧ

ⓧ

- Örtü, pansuman değişimi gerekmeksizin yarayı gözlem/kontrole imkan tanınmalıdır,yaradan kaldırıldığında tekrar yapışabilmelidir.
- Ürün yaraya uygulanmasından 30 dakika sonrasında yaygın patojenlerin 99.61-99.99%'unu, 180 dakika içindeyse 99.99%'unu ortadan kaldırdığı kanıtlanabilmeli, bu antimikrobiyal etkinliği 7 güne kadar sürdürebilmelidir.
- Örtü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'nin yayınlamış olduğu E. Bullosa hastalarında kullanıma uygun malzemeleri belirtir algoritmada hastalığın 3 ana tipinde (Simplex, Distrofik ve Juntional tip) de kullanılabilir olmalıdır. Bu referans yayınlı kanıtlanabilmelidir.
- Tekli steril paketlerde olup 1 kutuda 5 adet bulunmalıdır.
- Etilen Oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
- Üretici firma CE, ISO 14001 ve EN ISO 13485 kalite belgesine sahip olmalıdır.
- Ürün 17,5 x17,5 cm ebatında olmalıdır.
- Paketin üzerinde sterilizasyon metodu, lot numarası,kod numarası , son kullanma tarihi ,ebatı ,CE göstergesi ve üretici firma adı bulunmalıdır.

TEKNİK ŞARTNAME


Safetac veya Benzeri Teknolojili Örtü

- Yüksek emici özelliğe sahip poliüretan köpük ped, yumuşak silikon yara temas yüzeyi ve poliüretan film bir dış tabakadan imal edilmiş olmalıdır.
- Sargının yara dışına bakan yüzeyi poliüretan bir film tabakayla kaplı olmalı, bu film tabaka bakteri ve virüslere karşı koruma sağlarken yaranın nem ve buhar alışverişini engellememelidir.
- Örtü, yüksek miktarda eksüda emme özelliğine sahip olmalıdır.
- Yara sınırındaki ciltte maserasyona neden olmamalıdır.
- Bandaj baskısı altında çalışabilmelidir.
- Örtü vücut hatlarına rahatlıkla uyum sağlayabilmelidir.
- Örtü yarayla temas eden tabakasinda, yarada yatağında artık bırakacak bulanmış, emdirilmiş vb. bir madde bulunmamalıdır. Örtünün yara temas tabakasinda kullanılan yapışkan yüzey soft silikon olmalı, "Safetac" veya eşdeğer yapışmaz hidrofobik yapısıyla sağlıklı ve kuru cilde yapışırken nemli yara yatağına kesinlikle yapışmamalıdır.
- Örtü, Kamu Hastaneler Birliği (KHB) Genel Sekreterliği'nin yayınlamış olduğu E. Bullosa hastalarında kullanıma uygun malzemeleri belirtir algoritmada hastalığın 3 ana tipinde

(Simplex, Distrofik ve Juntional tip) de kullanılabilir olmalı bu referans yayınlı kanıtlanabilmelidir.

- Örtü, hastada yara açılmasını engellemeye yardımcı olabilecek, hastanın kronik olarak yara görülen bölgelerinde yara açılmasını engellemek için koruma amacıyla da kullanılabilir. Bu özellik KHB'nin referans yayınıyla kanıtlanabilmelidir.
- Gerektiğinde hiçbir özelliğini kaybetmeksizin istenilen şekilde kesilebilmelidir.
- Sargı, yaradan kaldırılıp tekrar uygulanabilmeli, bu esnada yapışkan özelliğini kaybetmemeli ve sargı değişimi gerekmeksizin yarayı gözleme imkanı vermelidir.
- Yaranın gelişimine göre yara üzerinde 7 güne kadar kalabilmelidir.
- Tekli steril paketlerde olmalıdır.
- Etilen Oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
- Orta veya az eksudalı yaralarda, bacak, ayak ve bası ülserleri gibi kronik yaralarda, amputasyon ve diğer cerrahi yaralarda, diabetik ayaklarda, venöz ülserlerinde, yanıklarda ve E.bullosa hastalarında kullanıma uygun olmalıdır.
- Üretici firma ISO 14001, EN ISO 13485 kalite belgesine ve CE belgesine sahip olmalıdır.
- İstenildiğinde; 10 x 21 cm; 17,5 x17,5 cm; 21 x 22 cm ebatlarında bulunabilmelidir.
- Paketin üzerinde sterilizasyon metodu, lot numarası,kod numarası, son kullanma tarihi ,ebatı ,CE göstergesi ve üretici firma adı bulunmalıdır.

Serap AYDEMİR
Birim Sorumlusu



Kübra ARIKBOĞA
Eczane Sorumlusu



Halil IŞIK
İdari ve Mali İşler Md.

