

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/160
Konu : Mal Alımı Hk.

14/03/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **1 Kalem Mal Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 16/03/2018 tarih ve saat 17:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	RADYOFREKANS KANÜLÜ (TOPUK İÇİN)	ADET	10		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

RADYOFREKANS RF KANÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- RF kiti, Faset eklem, DRG, Lateral Epikondilit, Geniküler nörotomi ve Topuk Dikeni tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
- 2- Rf kanüller, steril ambalajlarda olmalıdır.
- 3- Her ambalaj üzerinde marka, kod, lot, ster. Tarihi , miat, olmalıdır.
- 4- Üretimi kullanım alan açısından en az 3 boy olmalı, 54-100-145mm- uzunluğu olmalıdır.
- 5- Rf kanüller, kullanılan termocouple elektrod ile tam uyum sağlamalıdır.
- 6- RF kanül ile birlikte firma Prob ve RF cihazı temin etmelidir, getirilecek olan RF cihazı, istenildiği takdirde Cooled RF enerjisine dönüştürülebilir olmalıdır.
- 7- Kanül kısmı teflon izole olmalıdır. Aktif uc' u yalıtılmış olmamalıdır. Bu kısımlar 2, 5, 10 mm olmalı, hangi ölçü istediğine kurum kendi karar vermelidir.
- 8- Rf kanül'ler 18- 20-21-22G ölçülerinde olmalıdır. Kullanılacak alana göre kalınlığı eğri veya düz olmalı, ayrıca keskin veya künt olmalıdır. Hangi tip'ten kaç adet olması gerektiğine kurum karar verecektir.
- 9- Firma kurum talep ettiğinde teslim ettiği RF kanüllerinden ücretsiz olarak hangi tip kanülün diğer bir kanül tipi ile değişmesini isterse,derhal değişim yapılacaktır. Böylece kurumun elinde atıl ürün kalmaması sağlanacaktır.
- 10- CE Belgeli olmalıdır.
- 11- Teslim edilen ürünler min. 2 yıl miatlı olmalıdır.
- 12- Ürünlerin uygunluğuna uzman hekimler tarafından, ameliyathane ortamında denedikten sonra karar verilecektir.

Op.Dr. Serkan SÖZKESEN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 135006 Uzm.Tes.No: 120012
Ağrı Devlet Hastanesi

Ağrı Devlet Hastanesi
Op. Dr. Özgür B. SAĞ
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. No: 0904.A-043
Dip. Tes. No: 144946