

554

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **YENİDOĞAN YOĞUNBAKIM BİRİMİ İÇİN MALZEME ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 19/03/2018 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	YENİDOĞAN TORAKS DRENAJ ŞİŞESİ	ADET	3		
2	TORAKS KATATERİ NO:8	ADET	3		
3	TORAKS KATATERİ NO10	ADET	3		
4	TORAKS KATATERİ NO12	ADET	3		
5	TORAKS KATATERİ NO16	ADET	3		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uz.Dr.Hasan BALABAN
BAŞHEKİM

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

YENİDOĞAN TORAKS DRENAJ ŞİŞESİ

Sterildir.

2000cc / 700cc kapasite.

Esnek, kırılğan olmayan tek parça ana gövde.

Devrilmeyi önleyen geniş tabanlık.

Seviye işaretleme etiketi ve sağlam taşıma askısı.

Spiral destekli 150cm hortum.

Yumuşak, bükülmeye dirençli şeffaf hortum.

Hava boşaltma kapağı.

Değişik tipte kateterlere uygun luer konektör.

Kamran
Doç Dr. Enur BARAL
Doktora
Uzm. Dr. Enur BARAL
Çocuk Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tesc. No: 155598

YENİDOĞAN TROKARLI TORAKS DREN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. sistem yenidoğanlarda plevra drenaj amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Kateter içinde troker ile birlikte giriş işlemine hazır bir şekilde temin edilmelidir.
3. Kateter şeffaf PVC den mamül olmalıdır.
4. Kateterin izlenebilmesi için üzerinde radyoopac bir çizgi ve her cm de bir derinlik işaretleri bulunmalıdır.
5. Drenaj için uç kısım da ve yanda birer adet drenaj deliği olmalıdır.
6. Kateter proksimalinde drenaj hattı ile bağlantıyı sağlama amaçlı diştip luerlock kilit sistemi olmalıdır.
7. Kateterin numaraları no:8,no :10ch ,no:12 ch no:16 ch şeklinde olmalıdır.
8. Firma numune getirmek zorundadır.Raf ömrü en az yıl olmalıdır.

COĞUCU
Dip. İnce. No: 1999
1701 Di. E. BARAKALI
1701 Di. E. BARAKALI
1701 Di. E. BARAKALI