

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 176
Konu : Malzeme Alımı Hk.

16/03/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 19/03/2018 tarih ve saat 15:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal/ULUYAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	SİTRİK ASİT	ADET	100		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

SİTRİK ASİTLİ HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKTANI ŞARTNAMESİ

1. Ürün,Fresenius marka hemodiyaliz cihazlarının iç dezenfeksiyonunda kullanıma uygun olmalıdır.
2. Ürün,volümetrik karıştırma prensibi ile çalışan hemodiyaliz cihazlarında kullanıma uygun olmalıdır.
3. Ürün, %21 Sitrik Asit, %2,5 Laktik Asit, %2,5 Malik asit ve %100 RO su içermelidir.
4. Ürün cihazın entegre dezenfeksiyon programında kullanılabilmesi ve dezenfeksiyon pipetinden otomatik olarak çekilebilmelidir.
5. Ürün ambalajı, 5 litrelik bidonlarda ve kilitli kapaklı olmalıdır.
6. Ürünün ambalajının üzerindeki etiket,Türkçe olmalı ve CE standartlarına uygun etiketlenmiş olmalıdır.Ürün imal ve son kullanma tarihleri belirtilmiş olmalıdır.
7. Ürün, 56C ısı dezenfeksiyonunda,15 dakikada Bakterisid (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,Enterococcus hirae) ve Fungusid (Candida Albicans) etkili olmalıdır. Firma bunu kanıtladığına dair belgeleri ihale dosyasında sunmalıdır.
8. Ürün, 56C ısı dezenfeksiyonunda,15 dakikada Virüs (Poliovirüs,Adenoid 75,Human Adenovirüs,HİV,HBV,HCV) etkili olmalıdır.
9. 56C ve 37C dezenfeksiyonunda,kan artıkları ve kalsiyumkarbonat kalıntılarını parçalamalıdır.
10. Ürünün TSE belgesi olmalıdır.
11. Ürün,berrak ve akışkan olmalı,kendine has kokulu olmalı,içinde tortu bulunmamalıdır.
12. Ürün,15-20 C derece sıcaklıkta ve gölgede kullanım süresi en az iki yıl olmalıdır.
13. Ürünün istenildiği takdirde,Ürün Güvenlik Bilgi Formu firma tarafından verilmelidir.
14. Ürün numuneleri ve gerekli olan belgeler,ürünü talep eden bölüm tarafından incelenmiş ve uygunluğu onaylanmış olmalıdır. Numune getirmeyen firmalar,ihale dışı bırakılacaktır.
15. Firma,ürünün son kullanma tarihinden önce,depolama sırasında oluşan tortu,renk değişimi,kıvamında yoğunlaşma vb. durumlarında yenileri ile değiştirmelidir.

Uzm. Dr. **Mut KASA** GLU
Nefes Hastalıkları Uzm.
Devlet Hastanesi
Acil No: 120013

Menzile DOĞAN
Hemşire Sorumlu Hemşire
D. Sertifika No: 6739
Ağrı Devlet Hastanesi