


**T. C.**  
**AĞRI VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**Ağrı Devlet Hastanesi**

Sayı : 57212153/182  
Konu : Mal Alımı Hk.

20/03/2018

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 6 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 23/03/2018 tarih ve saat 10:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

  
Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

| Sıra No | Malzemenin Adı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| 1       | ENJEKTÖR 2 CC  | ADET   | 2400   |             |              |
| 2       | ENJEKTÖR 5 CC  | ADET   | 1800   |             |              |
| 3       | ENJEKTÖR 20 CC | ADET   | 800    |             |              |
| 4       | ENJEKTÖR 50 CC | ADET   | 400    |             |              |
|         |                |        | TOPLAM |             |              |

**Firma Yetkilisi**  
**İmza/Kaşe**

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-**Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.**
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

**ENJEKTOR DISP. LUER-LOK TEKNİK ŞARTNAMESİ**  
**( 2,5cc-5cc-20cc – 50 cc )**

- 1 – Tek kullanımlık ve non toksik tıbbi PVC’den yapılmış olmalıdır.
- 2 – Ajutajı luer-locklu , ucu pürüzsüz olmalı , her çeşit iğne ucuna , katetere vb. malzemelere uyumlu olmalı , kendiliğinden ayrılmamalıdır.
- 3 – Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri olmalıdır.
- 4 – Cc ve dizyem çizgisi 0’dan başlamalıdır.
- 5 – Çizgi ve rakamlar belirgin olmalı ve ıslanmışta silinmemelidir.
- 6 – Pistonu kolay hareket edebilir olmalı , sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun geri hareketiyle enjektör çizilmemelidir.
- 7 – Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalıdır.
- 8 – Enjektöre sıvı çekildiğinde , enjektörün pozisyonuna bağlı olarak , iğne ucundan dışarı sızdırma yapmamalıdır.
- 9 – Steril paket içinde disposable pembe iğne ucu olmalıdır.
- 10 – Pembe iğne uçları paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 11 – Pembe iğne uçları ucu çapaklı , tırtıklı ve künt olmamalıdır.
- 12 – Steril tekli paketlerde olmalı , ambalaj kenarları iyi preslenmiş olmalı ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir özellikte olmalıdır.
- 13 – Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
- 14 – Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.
- 15 – Ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalıdır.
- 16 – Teklifte birlikte iki adet numune de verilmelidir.
- 17 – Ürün teslimi teklif tarihinden sonra en kısa sürede yapılmalıdır.
- 18 – Ürünün CE belgesi olmalı ve CE’ye uygunluğu belgelendirilmelidir.

Mehmet CAN L  
Plastik Cerrahisi  
Dip. Tes. No : 1503