

30.03.2018

643

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan SODALİME ALIMI işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 02/04/2018 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	SODALİME	KG	200		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

OLUR  
UZM.DR.H.YASAR HALABAN  
BAŞHEKİM

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI  
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447  
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

## SODA LİME TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstenmiş olan Soda lime özel olarak solunum sisteminde CO<sub>2</sub>yi absorbe etmek için anestezi sırasında klinik kullanım amacıyla üretilmiş laboratuvar ve arazi çalışmalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Partikül büyüklüğü +100 mesh olmalıdır.
3. CAS numarası : 8006-28-8 olmalıdır.
4. Soda lime, içeriği organik uçucu kimyasal maddeler içermemelidir.
5. Calcium , Sodium ve Potassium Hydroxide içermemelidir.
6. Soda lime, granülleri expüre edilen havanın soda lime den geçişinin kolaylıkla sağlanabilecek yapıda olmalıdır.
7. Düşük, minimal ve yüksek akımlarda kullanılmalıdır.
8. CO<sub>2</sub> tutma kapasitesi % 20-35 arasında olmalıdır. Nem oranı % 14-19 olmalıdır.
9. Teklif edilen Soda lime'in ambalajı üzerinde raf ömrü markası lot numarı v.s bilgiler yer almalı ve raf ömrü en az 24 ay olmalıdır. Teslim edilecek soda lime ambalajları 4 kg lık ambalajlar olmalı ve ürünlerin en az kalan miadı 18-20 ay olmalıdır.
10. Soda lime, %78-84 oranında calcium dihydroxide, %2-4 sodium hydroxide, %14-18 Su ve %1 indikatör ethyl violet içermelidir.

Mahsum Koca  
