

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/207
Konu : Mal Alımı Hk.

30/03/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **1 Kalem Mal Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 02/04/2018 tarih ve saat 14:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	BAKTERİ VE ENDOTOKSİN FS10 ULTRA FİLTRE	ADET	1		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresinin satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

Bakteri ve Endotoksin FS10 Ultra Filtre Şartnamesi

1. Bakteri ve Endotoksin filtre saf su dağıtım sirkülasyon pompası kapasitesinde en az 2 m3/saat su geçişi sağlamalıdır. Ve 15 ile 20 hemodiyaliz cihazını besleyecek kapasitede olması gerekiyor.
2. Saf sudaki olabilecek bakteri ve endotoksin Avrupa farmakopedansındaki limitlere düşürebilecek nitelikte olmalıdır.
3. Ultra filtre modülünün çapı en az 8,5 cm ve boyu ise 1110 cm'den az olmamalı ve gözenek çapı en çok 30KDa mutlak büyüklükte, nominal gözenek çarpıda 10KDa olmalı ve membran efektif alanı en az 8m2 olmalıdır.
4. 2,5m3/saat saf su geçirildiğinde basınç kaybı en çok 06 bar olmalıdır.
5. Elektrik sarfiyatına yol açacak şekilde olmamalıdır
6. Bakteri ve Endotoksin filtresinin çalışma ve kimyasal dezenfeksiyon sırasında ph aralığı 1-14 olmalıdır.
7. Bakteri ve endotoksin filtre dış kabı PSF mamul ve şeffaf yapıda olmalıdır.
8. İstenildiğinde atığı olmaksızın da çalıştırılabilmelidir.
9. Ters yıkanabilmeli ve Giriş Çıkış paslanmaz Çelik'ten mamul manometreler bulunmalı ve basınç kaybı gözlenebilmelidir
10. İç yapısı polyether sulfone hollow fiber membran yapıda olmalıdır. Yapışkan malzemesi epoxy reçine olmalıdır.
11. Bakteri ve Endotoksin filtresi orijinal ambalajı olmalı ve içerisinde %1 formaldehit koruyucu solüsyon içermelidir
12. Bakteri ve endotoksin filtre ömrünü ve değişim aralığını teklifte detaylı olarak belirtilecektir.
13. Yüklenici firma endotoksin filtrenin montajında yapmalıdır.
14. Montaj yapılacak endotoksin filtresine giren su sisteminde fazla dirsek bulunması halinde, T.C Sağlık Bakanlığı'nın 19,02,2016 tarihinde su arıtma sistemi yönergesinde belirtilen " sürekli yüksek hızlı su sirkülasyonu sağlayan, suyun dolaşım hattında dolambaçlı bir yol izlemek yerine mümkün olduğunca düz bir hata akışına yardım eden uygun bir tesisat çekilmelidir" şartını sağlayacak şekilde yüklenici firmanın 3'den fazla dirsek sayısının ortadan kaldırarak bağlantı sisteminin teklifle birlikte sunulması gerekmektedir.
15. Montajı ve gerekli revizyonu yüklenici firma yapacaktır.
16. Yüklenici firmanın TSE 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi, İSO 9001, İSO 14001,İSO18001 kalite belgeleri bulunmalıdır.

Uzm.Dr. Umut KASAPOĞLU
İç Hastalıkları Uzmanı
Ağrı Devlet Hastanesi
Dip. Tescil No: 120013

Menzile DOĞAN
Hemşire
Hemşirelik Sorumlusu
Dip. Sertifikası No: 6739
Ağrı Devlet Hastanesi