


T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 202
Konu : Malzeme Alımı Hk.

12/04/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 2 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 16/04/2018 tarih ve saat 10:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	YETİŞKİN EFORLU EKG ELEKTRODU	ADET	50.000		
2	ÇOCUK EFORLU EKG ELEKTRODU	ADET	10.000		
			TOPLAM		

**Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe**

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

EFORLU EKG ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) EKG elektrodu gümüş-gümüş klorür indirekt temas tipi olmalı,
- 2) Elektrod offset voltajı 0,4 mikrovolt olmalı,
- 3) Elektrodlar indirekt temasda kullanılan solid jel emdirilmiş, en az 8 mm çapında çift katlı özel sünger içermeli,
- 4) Elektrod peak noise (0.1 - 1000 Hz arası %0,9 serum fizyolojikte ölçülen) 1 mikrovolt olmalıdır
- 5) Elektrod gövdesi tekstil tipi ve en fazla 55 mm çapında olmalı.
- 6) Elektrodlar indirekt temasda kullanılan solid jelin kurumaması için nem ve hava geçirmeyen ambalajların içinde olmalı,
- 7) Zımparalı 1/3 oranında ve yapışkanı suya dirençli olmalı terleme anında yapışkanlığı bozulmamalıdır.
- 8) Elektrod özel kurumayan sünger içermeli.
- 9) Dış çitçiti paslanmaz çelik olmalıdır.
- 10) Ambalaj üzerinde elektrod adı ,markası modeli üretim tarihi ,son kullanma tarihi üretici adı bulunmalıdır.

Ağrı Devlet Hastanesi
Dr. Gürkem KUS
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 157773

Ağrı Devlet Hastanesi
Dr. Hakan ÇAF
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 156107

Uz. Dr. Ferhat RADI
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 185111
Ağrı Devlet Hastanesi