

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/266
Konu : Mal Alımı Hk.

18/04/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 20/04/2018 tarih ve saat 11:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	AZOT GAZI	KG	250		
			TOPLAM		

**Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe**

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-**Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.**
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimliği

AZOT PROTOKSİT GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.İhale konusu medikal Azot Protoksit gazı hastaların ameliyatlarında kullanılacak olup, verilen gazdan doğabilecek her türlü komplikasyonlardan satıcı firma sorumlu olup, bu sorumluluğu ihalede belge ile taahhüt edecektir.

2.Azot Protoksit gazı yerli ise TSE belgesine, ithal ise dünya standardı belgesinden birine sahip olacaktır ve ihalede belgelenecektir.

3.Verilecek Azot Protoksit gazı, ithal ve dolum izin belgesi, yerli ise üretim ve dolum izin belgesine sahip olacaktır. Belge sağlık bakanlığı ilaç eczacılık genel müdürlüğü (ilaç ve tıbbi cihaz kurumu) tarafından verilmiş olacak ve ihalede belgelenecektir.Ayrıca yüklenicinin de dolum ve / veya depolama ve dağıtım izin belgesi olup, bu belge sağlık bakanlığına bağlı yetkili kuruluşlardan alınmış olacak ve belgelendirilecektir.

4.Verilecek medikal Azot Protoksit gazı; yerli ise üretim ve dolum izin belgesine ithal ise ithal ve dolum belgesine sahip olacak ve belgelendirilecektir.

5.Azot Protoksit gazının içinde toksik maddelerin oranını belirten belgeyi ihalede vereceklerdir.

6.Dolumdan gelen tüpler mühürlü olacaktır.

7.Verilecek Azot Protoksit gazı tüpleri;

- Boyalı olacak,
- Tüplerde renk şeridi olacak,
- Tüplerin üzerinde solunabilen ibaresi olacak.
- Başlıklı ve başlıkları mühürlü olacaktır.
- Periyodik bakımlara ve testleri yapılacak,
- Dolum , test tarihlerine ve miktarını ihtiva eden etiket olacaktır
- Vanaları sağlam olarak verilecek, arızalı vanalar değiştirilecek,
- Tüpler aynı tip olacak(Dikişsiz çelik tüp olacak).

8.Azot Protoksit tüplerinin dışı gri (ral 7000) ve tüpün içindeki gaz cinsinin adı çevresel tüp üzerine tip tabanında 2/3 yüksekliği olacak şekilde standartlara uygun yazılmalıdır.

9.Azot Protoksit Tüplerinin nakil işlemleri boş tüplerin bağlandığı en son merkezden alınması ve dolumdan gelen tüplerin bağlandığı en son merkeze teslim edilmesi firma taahhüdünde olacaktır. Hastanelerin yer değişikliği yapması durumunda firmalar bu değişikliğe uyacaktır.

Cevdet Eraylan

10. Azot Protoksit gazı talebi en geç 24 saat içinde ilgili firma tarafından yerine getirilecektir.Aksi halde her geçen gün için yüzde bir oranında cezai müeyyide uygulanacaktır.İhtiyaç telefon ve faksla bildirilecektir.
11. Azot Protoksit gazı tüpleri idare tarafından belirlenen teknik personellere teslim edilecektir.
12. Dolumdan gelen tüplerin kontrolü hastane teknik muayene komisyonu tarafından yapılacaktır.Eksik ve arızalı gelen tüpler dolum için firmaya iade edilir ve kurumdan ikinci bir dolum ücreti talep edilemez. Tüplerin arızalı ventil,kelebek,rot v.b. ekipmanlarının değiştirilme işlemlerini ve gerektiğinde boyama işlemlerini yüklenici yapacaktır ve bu işlemler için ayrıca bir ücret talep etmeyecektir.Tüplerin ventilleri TS EN ISO 10297 :2008 standartlarına uygun olacaktır.
- 13.Dolum yapacak tüpler firmaya ait olacaktır.
- 14.İdarenin uygun görmesi halinde farklı ebatlardaki tüplerle de bu hizmet alınabilir.
15. Azot Protoksit tüp başının bir yanal yüzeyinde bulunması gereken işaretler;
- Üretici firma amblemi
 - Dikişsiz çelik tüplerin imalatı TS EN 9809-1-2-3;2011 işareti ve numarası,
 - Seri numarası,
 - Tüpün boş kütlesi (valf ve kapak hariç kg olacaktır.)
 - Tüpleri muayene yapan firma ve kuruluşun tescil damgası.
16. Azot Protoksit tüp başının yanal yüzeyinde bulunması gereken işaretler:
- Tüp sahibi firmanın adı ve markası
 - Tüp sahibi firmaya ait tüp numarası
 - Tüp üzerinde deney basıncı (ib- pascal)
 - Tüp boş kütlesi (kg) valf ve kapak dahil
 - Tüpün içindeki gazın çeşidi
 - Tüpün geçerli muayenesinin yapıldığı tarih
 - Muayane yapan kuruluşun veya firmanın tescil markası
- 17.Kontrollerde basıncın eksik çıkması durumunda tüpler için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
18. Azot Protoksit gaz alımı peyder pey olup sözleşme bitim tarihine kadar devam edecektir.
19. Azot Protoksit gazı birinci derecede insan hayatı ile ilgili olup, yüklenici firma tarafından üretim,depolama,nakliye,boşaltma ve kullanım süresince özelliklerini korumalıdır.
20. Yüklenici gazlarla ilgili yükleme ve nakliye işlerini tarafık kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak kendisi yapacaktır.Aksi takdirde meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi sorumluluk yükleniciye aittir.
21. Teslimi yapılacak Azot Protoksit tüplerinin üzerinde ayrı ayrı cinsini,miktarını,safılık durumunu, test ve dolum tarihini gösteren kart veya etiket bulundurulacaktır.
- 24.Teslim edilecek tüpler irsaliye ile teslim edilecektir.

22.Tüpler nakliyesi ve boşaltılması idarenin göstereceđi yerlere yapılacaktır.

23.Bu şartnamede bulunmayan hükümler için ilgili yasa, yönetmelik, tüzük ve standartlardaki hükümler geçerlidir.

cerdet Erölan
