

884
7

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan 5 CC ENJEKTÖR ALIMI işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 03/05/2018 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin ZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	5 CC ENJEKTÖR	ADET	50.000		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uz.Dr. Hasan BALABAN
BAŞHEKİM

H.Balaban

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

ENJEKTÖR 5 CC TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Enjektör uçları vücuda girerken,kolay şekilde direnç göstermeden girmelidir.
- 2.Teker teker steril paketler halinde ve kutular içerisinde olmalıdır.
- 3.Üç parçalı ve lastik pistonlu olmalıdır
4. 5 cc steril şırınga ve yeşil uçlu olmalıdır.
- 5.Enjektör ile enjektör uçları uyumlu olmalı ve kesinlikle hava kaçırmamalı ve tazyikle birbirinden ayrılmamalıdır.
- 6.Tek tek steril paketler halinde olmalıdır.
- 7.Piston lastiğini tutan çizgi-bariyerin çok geride ve tam fonksiyonel olmamasına bağlı olarak ilaç çekimlerinde piston enjektör kabından çıkmamalıdır.
- 8.Diziyem ve cc çizgileri olmalıdır.
- 9.Ambalajların açılımında ,ambalaj dizaynı enjektörün sterilitesini bozmamalıdır.
- 10.Ambalajların kolay açılır olması gerekmektedir.
- 11.Enjektör kabı basınçla çatlamamalıdır.
- 12.Enjektör ucunun,iğne ucu,İV kanül ,üç yollu musluk gibi ilave meteryallere uyumlu olması gerekmektedir.
- 13.Enjektör ambalajı üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi ve sterilizasyon şekli açık olarak belirtilmiş olacaktır.
- 14.Uhdesinde kalan firma kullanım süresince bozuk,yırtık ,delik ve imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olacak ve bunları gerektiğinde teslim edilen malzemenin tamamını değiştirmeyi kabul edecektir.
- 15.Enjektör ile enjektör uçları birbirine uyumlu olmalı ve kolayca çıkmamalıdır. Vidalı olmamalıdır.
- 16.Teslim tarihinden itibaren miadı en az 2 yıl olmalıdır.
- 17.İdarenin isteğine göre siyah ve/veya yeşil uçlu getirilecektir.
- 18.Firma tarafından numune gönderilecektir.Numuneler incelendikten sonra uygunluğuna karar verilecektir.

Uz.Dr.Yaşar EROL
Acil Tıp Uzmanı Dip Tes.No:144533
Ağrı Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü
Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi