

987
16.05.2018

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **MUAYENE LAMBASI ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; sözkonusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 18/05/2018 tarih ve saat 09:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Yakup COBAN
İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı
Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	MUAYENE LAMBASI	ADET	4		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uz.Dr.Hasan BALABAN
BAŞHEKİM



NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

MUAYENE LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Muayene Lambası, Genel Cerrahi, Doğumhane, KBB, Dermatoloji ve Küçük Cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere LED Aydınlatma yöntemini kullanan gelişmiş teknoloji ürünü olmalıdır.
2. Lamba başlığını destekleyen kaz boyunlu esnek dayanıklı gövdesi olmalı ve gövde uzunluğu 70 cm'nin altında olmamalıdır.
3. Lamba başlığında beyaz ışık veren 1 adet LED modülü ve modüle monte 12 adet LED olmalıdır. LED sürekli ve gölgesiz ışık sağlayan yapıda olmalıdır.
4. Kullanılan LED modülün güç tüketimi 17 watt değerini aşmamalıdır.
5. Lamba başlığında ergonomik tutacağı olmalıdır
6. Lamba başlığının boyutu; 160 x 133 mm (± 10) olmalıdır.
7. Muayene Lambası başlığının iç çapı 100 mm (± 10 mm) değerini geçmemelidir.
8. Muayene lambası gövdesinde açma kapama tuşu bulunmalıdır. Cihazda ayrıca lamba başlığının arkasında aydınlık ayarı için switch düğme yer almalı ve LED'leri %50 (6 LED), %100 (12 LED) olarak çalıştırmalıdır.
9. Lamba, cerrahi alanın maksimum düzeyde aydınlatılması ve gerçek doku rengi elde edilebilmesi için en az 4.500^o Kelvin renk ısısına sahip LED ışık üretebilmelidir.
10. Lambanın IRC (Color Rendering Index), değeri en az 95 olmalıdır.
11. Lambanın merkezi aydınlatma yoğunluğu en az 1440 lümen olmalıdır.
12. Lamba başlığı, 30 cm mesafede en az 60.000 lüks, 50cm mesafede en az 45.000 lüks, 100cm mesafede ise, en az 15.000 lüks aydınlanma şiddeti (güç yoğunluğu) oluşturabilmelidir.
13. Lambanın minimum çalışma mesafesi 30cm olmalı ve çalışma bölgesi derinliği 5cm ile 20cm arasında değiştirilebilmelidir. Lambanın esnek bir gövdesi olmalı ve çalışma amacına uygun olarak pozisyonlandırılabilirdir.
14. Lamba 30 cm'lik çalışma mesafesinde en az 5 cm; 50 cm'lik mesafede en az 10 cm ve 100 cm'lik mesafede en az 20 cm'lik net bir ışık huzmesi çapı (net aydınlatılmış alan çapı) oluşturmali ve bu çapın her noktasında aynı ışık şiddet değerine sahip homojen bir dağılım meydana gelmelidir.
15. LED'lerin çalışma ömrü yaklaşık 50.000 saat olmalı ve bu özellik cihazın orijinal kataloğundan gösterilebilmelidir.
16. Kullanıcı yapacağı işleme göre, standart lamba boyutuna ek olarak 50 cm yükseklik ayarı yapabilmelidir.
17. Cihazın yüzeyi kolay temizlenebilir malzemededen imal edilmiş olmalıdır.
18. Cihaz Avrupa menşeli olmalıdır.
19. Cihazın ağırlığı 2,5 kilogramın altında olmalıdır. (Mobil Stand Hariç)
20. Lamba başlığının seyyar olabilmesi için 5 tekerlekli mobil stand verilmelidir.
21. Cihaz 220V /50Hz şebeke elektriği ile çalışmalıdır. Lambanın en az 3 m uzunluğunda elektrik kablosu olmalıdır.
22. Lamba EN 60601-1, EN 60601-2-41, EN 60601-1-2 standartlarına uygun tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.
23. Cihaz, CE belgesine sahip olmalıdır.
24. Cihaz üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl, garanti sonrası ücreti karşılığında yedek parça için 8 yıl süreyle garantili olmalıdır.
25. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.

Hatice CANSEVER

