



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Başhekimliği



SAYI :
KONU : Hizmet Alımı Hk.

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE SATIN ALMA BİRİMİ
26.06.2018 13:48:30 04727114963



Teklif Davet

Mad.1

Sağlık Tesisimizde Kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan FRİŞTAK (Buzdolabı Isı Takip Cihazı) alım işi 4734 Sayılı Kamu İhale kanununun 22-d maddesi kapsamında alınacak olup, Söz konusu hizmet için KDV Hariç birim ve toplam fiyatını 26.06.2018 tarih ve saat 11:00 a kadar/ 0472 711 4963 numaralı faksa / satinalmaeleskirtdh@gmail.com mal adresine / posta yolu ile yada şahsen elden belirtilen adreslerden birine bırakmanız yada göndermeniz hususunu; Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İş Müdürü

Sıra No	Malzeme Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	FRİŞTAK (Buzdolabı Isı Takip Cihazı)	3	ADET		
2					
KDV HARİC TOPLAM TUTAR					
					Firma/ Kurum Kaşe / İmza
M.2	İdarence doğrudan temin usulü ile 26.06.2018 tarih ve saat 11:00 da FRİŞTAK (Buzdolabı Isı Takip Cihazı) alım işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla tarafımızdan kabul edilmiştir. Doğru temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıda hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.				
M.3	Eksik doldurulan üzerinde kazıntı, silini veya düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.				
M.4	Teklifler en geç 26.06.2018. GÜNÜ SAAT 11.00 kadar 1 maddede yazılı bulunan adreslere gönderilmesi veya şahsen elden bırakılması gerekmektedir.				
M.5	Teklif Fiyatına işin sigortası, nakliyesi ve diğer tüm giderleri dahil edilecektir.				
M.6	Teklifler (Rakam ve Yazı ile) Kdv hariç verilecektir.				
M.7	Tekliflerinde tarih, imza ve kaşesi eksik görülen isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.				
M.8	Faks veya Mail yolu ile gönderilen tekliflerin asıllarında İdareme Satınalma birimine ulaştırılacaktır.				
M.9	Teklifleri ile birlikte numune istenilmesi halinde numunesi olmayanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.				
M.10	Teklif edilen fiyatların geçerliliği (opsiyon) teklif tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün olacaktır.				

ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

TEL. :0 472 711 41 42/ DAH.1114

FAKS. 0 472 711 48 63

E-Mail :satinalmaeleskirtdh@gmail.com

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ

FRİŞTAK CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz, Soğuk Zincir'in (+2°C ile +8°C arası) uzun süreli olarak kolay takip edilmesi amacıyla kullanılacağından, en az -10°C ile +45°C arasında rahatlıkla çalışabilir ve en az -10°C ile +45°C aralığındaki ısıları gösterir özelliğe sahip olmalıdır.
2. Cihaz, monitörü üzerinde saati ve anlık ısı ölçümünü gösterir, aynı zamanda bu kayıtları geri dönüşümlü olarak 30 gün süre ile kayıt etme özelliklerine sahip olmalıdır.
3. Cihaz monitörü üzerinde son 30 gün içerisinde hangi günlerde soğuk zincirin dışına çıktığı rahatlıkla görülebilir özelliğe sahip olmalıdır.
4. Pili kullanıcı tarafından çıkarılıp,reset ettirilmemelidir.
5. Cihaz soğuk zincirin dışında 60 dakikadan uzun süre kaldığı takdirde ekranda 'ALARM' uyarısının, sürekli soğuk zincir ısı aralığında kaldığı takdirde ise, 'OK' uyarısının belirtilmesi özelliğine sahip olmalıdır.
- 6.Cihazın ısı ölçme hassasiyeti $\pm 0,5$ ° C olmalıdır.
- 7.Cihazın ısı ölçümü yaptığı zaman aralıklarını gösterirken yanılma payı ± 1 dakikadan uzun olmamalıdır.
- 8.Cihaz, istenildiğinde bir USB bağlantısı aracılığı ile bilgisayara bağlanarak son 30 günlük ısı değerleri geriye dönük olarak alınabilmelidir.
- 9.Cihaz Dünya Sağlık Örgütü Performance Quality Safety (PQS) kataloğunda yer almalıdır.
- 10.Cihazın kalibre edildiğine dair belge cihazla birlikte teslim edilecektir.

ÜYE
Cevdet SARI
Taşn.Kayt.Kont. Yetk.



ÜYE
Müjde BALIK
Taşn.Kayt. Kontr.



ÜYE
Mahfuze Demir
Servis Sorumlusu

