

1. İhale konusu oksijen gazı solunum yetersizliği olan hastalarda kullanılacak olup, verilen gazdan doğabilecek her türlü komplikasyonlardan satıcı firma sorumlu olup, bu sorumluluğu ihalede belge ile taahhüt edecektir.

2. Verilecek oksijen gazı; ithal ise ithal ve dolum izin belgesi, yerli ise üretim ve dolum izin belgesine sahip olacaktır. Belge Sağlık Bakanlığı (İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından verilmiş olacak ve ihalede belgelendirilecektir. Ayrıca yüklenicinin de dolum ve/veya depolama ve dağıtım izin belgesi olup, bu belge Sağlık Bakanlığı Bakanlığına bağlı yetkili kuruluşlardan alınmış olacak ve belgelendirilecektir.

3. Oksijen gazı İl Sağlık Müdürlüğü 112 K.K.M elinde bulunan farklı ebat ve hacimlerdeki tüplere dolumu sağlanacaktır.

4. Tıbbi gaz tüplerinin bakım şartları :

a—Kaynaklı gelik tüplerin imalatı TS EN 13322-1 : 2006; TS EN 13322-2:2006; e göre

B—Dikizsiz gelik tüplerin imalatı; TS EN 9809-1-2-3 ; 2011 e göre

X—Basınçlı gazlar kullanım sırasındaki periyodik bakım ve tamiri, muayene, deney kuralları TS EN 1803 ve TS EN 1968 e göre, bir tüpün uzman kişilince en geç on yilda bir kontrolünü yapılması.

5. Doluından gelen tüpler mühürlü olacaktır.

6. Tüplerin nakil işlemleri boş tüplerin bağlandığı en son merkeze alınması ve doluından gelen tüplerin bağlandığı en son merkeze teslim edilmesi firma taahhüdünde olacaktır.

7. Doluından gelen tüplerin kontrolü 112 Acil Sağlık Hizmetleri teknik muayene komisyonu tarafından yapılacaktır. Eksik veya arızalı gelen tüplerimiz dolum için firmaya iade edilir ve kurumdan ikinci bir dolum ücreti talep edilemez. Tüplerin arızalı ventill, kelebek, rot vb. ekipmanlarını değiştirme işlemlerini ve gerektiğinde boyama işlemlerini yüklenici yapacaktır ve bunlar için ayrıca ücret talep edilmeyecektir. Tüplerin ventilleri TSE standartlarına uygun olacaktır.

8. Oksijen gazı talebi en geç 48 saat içinde ilgili firma tarafından yerine getirilecektir. Aksi halde her geçen gün için ceza müeyyide uygulanacaktır. İhtiyaç telefon veya faksla bildirilecektir.

9. Oksijen gazının saflığı Türk Farmakopesine uygun olacaktır. Oksijen gazı saflığı en az %99,50 saflıkta, rutubetsiz ve basıncı 150 atü' den aşağı olmayacaktır. Kontrollerde basıncın eksik çıkması durumunda tüpler hiçbir ücret ödenmeksizin 112 K.K.M'de kalacaktır.

10. Oksijen gazı tüpleri belirlenen kişilere teslim edilecektir.

11. Oksijen gaz alımı peyderpey olup sözleşme bitim tarihine kadar devam edecektir.

GENEL SARTLAR

- 1-hale edilecek olan medikal gazlar, İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılacaktır.
- 2- Medikal amaçlı gazlar birinci derecede insan yaşamı ile ilgili olup, yüklenici firma tarafından üretim, depolama, nakliye, boşaltma ve kullanma süresince gazın tıbbi özelliklerini koruyacaktır.
- 3-Bu şartnamede bulunmayan hükümler için ilgili yasa, yönetmelik, tüzük ve standartlardaki hükümler geçerlidir.
- 4-Sağlık Tesislerinde dolunu yapılacak tüm tüpler sözleşme süresince firma tarafından sağlanacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin tüpleri demirbaş olup, tüplerimizin herhangi bir zarar görmesi halinde yüklenici firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.
- 5-Yüklenici gazlarla ilgili yükleme ve nakliye işlerini trafik kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak kendisi yapacaktır. Aksi takdirde meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi sorumluluk yükleniciye aittir.
- 6- Medikal tüplerin eskiden, aşınan ve kullanılmaz hale gelen: ventill, kelebek, rot vb. gibi ekipmanların temini ve değiştirilme işlemi, boyaları eskiden tüplerin boyanma işlemi yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
- 7-Teslim edilecek tıbbi gazların teslimatı irsaliye ile yapılacaktır.
- 8-Tüplerin nakliyesi ve boşaltılması sağlık tesisinin göstereceği yere yapılmalıdır.
- 9-Tüplerin contaları yüklenici firmaya aittir.

Mehmet Ersoy  
Teb. Mühürü

Fuat Göke

İhsan KOTAN  
Sorumlu Teknisyen