

T. C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/193  
Konu : Malzeme Alımı Hk.

01/08/2018

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 2 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 06/08/2018 tarih ve saat 10:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

  
Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	VAKUM REGÜLATÖRÜ	ADET	20		
2	ASPIRATÖR TORBA KANİSTERİ	ADET	20		
TOPLAM					

**Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe**

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

## VAKUM REGÜLATÖRÜ

Hastanemizde kurulu hasta başı pendatlarına uygun olmalıdır.

Getirilecek olan regülatörler denendikten sonra alımına onay verilecektir. Uygun olmayan ürünler değiştirilecek olup ekstra ücret istenmeyecektir. Kurulumunu teklif veren firma yapacaktır.

Vakum regülatörleri -760 mmhg/bar olacaktır.

Regülatörler kontrollü manometreli olacaktır.

Regülatörler en az 2 yıl garantili olacaktır.

**Terhan TARILG**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Yoğun Bakım  
Sorumlu Hemşiresi

**Uzm. Dr. Gülsay ERDOĞAN**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Yoğun Bakım  
Sorumlu Hemşiresi

S.B. Ağrı Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Semih ERGEN  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
Dip. Tescil No: 14581