

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 403
Konu : Mal Alımı Hk.

03/08/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **1 Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 06/08/2018 tarih ve saat 17:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	MAC 2000 EKG CİHAZI İÇİN EKG KAĞIDI	ADET	200		
2	EKG PUARI	TAKIM	2		
3	EKG MANDALI	TAKIM	2		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAME

- 1-General elektrik marka MAC2000 model EKG cihazına tam olarak uyumlu olmalıdır.
- 2-EKG kağıtları termal (ısıya duyarlı)kağıt olmalıdır.
- 3-A4formatta Z- katlamalı kağıt olmalıdır.
- 4-Termal EKG kağıtları EKG cihazları tarafından yazılan dataları en az 2-3 yıl arası silinmeden korumalıdır.
- 5-Kağıt gridli olmalıdır.
- 6-Servisteki cihazlarda en az 15-20 hastaya denendikten sonra uygunluk verilecektir.

EKG Hemşiresi
Nüriyet KASAR
Jedull

EKG PUAR VE MANDALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Puar ve mandallar EKG çekiminin yapılmasına uygun olmalıdır.
- 2-Puar ve mandalların tüm metal yüzeyi gümüş ,gümüş klorür(Ag/AgCL) kaplı olmalı
- 3-Puarların ve mandalların yüzeyi pürüzlü ve delik olmamalı.
- 4-İletkenliği yüksek olmalı
- 5-Bağlantı noktası sayesinde düz pim banana veya çitçit uçlu kabloları takılabilmeli.
- 6-Metal kısımları paslanmaz olmalı
- 7-Puarlar çanları dahil 6'lı set halinde bir poşet içinde olmalıdır.
- 8-EKG mandalları 4'lü set halinde takım olmalıdır.
- 9-Puar ve mandallar yetişkin hastaların kullanımına uygun olmalıdır.
- 10-Ürün 2 yıl garantili olmalıdır.
- 11-Teklif veren firma ürünün numunesini biyomedikal atölye birimine getirip uygunluğunu kontrol ettirmelidir.

Hemş. Ebru BAĞDU



Hemş. Hümiyet KASAR

