



TC Sağlık Bakanlığı

AGRI DOĞUBAYAZIT DOÇ. DR. YAŞAR ERYILMAZ İLÇE
DEVLET HASTANESİ - AGRI DOĞUBAYAZIT DOÇ. DR.
YAŞAR ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER
BİRDİR
09.08.2018 17:49 - 68917221 - 949 - E 1438



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ARB VE GREM BOYASI ALIMI İŞİ** İşi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 13/07/2018 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır.

Mehmet ILBOĞA
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ARB BOYASI	SET	3		
2	GREM BOYASI	SET	4		

Firma Yerkesi
İmza/Kase

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

OLUR
e-imzalıdır.
Uzm.Dr.M.Mert BAŞARAN
Başhekim V.

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç sun teknif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Brümne veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Filti olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olduğundan ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar futura kesilecektir.
- 5) Dekme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkoları uzami 5 gün içinde teslim edilmemiği takdirde hasta desyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alan komusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satım alımıya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garanti olmasa.
- 10) Vereceğiniz fiyat tekniflerinde firmamızın kuşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu sırası çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teknifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: 0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Faks No:04723125447/312 60 30

e-Posta:serra.kirac@saglik.gov.tr Int.Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için:Serra KIRAC
Unvan:TIBBI SEKRETER

Telefon No:04723127584

Evrakin elektronik imzalı suretiine <http://e-hizmet.saglik.gov.tr/adres=41000000000000000000000000000000>

MALZEME LİSTESİ, TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE MİKTARLARI

1.	ARB BOYA SETİ	3 SET
2.	GRAM BOYA SETİ	4 SET

ARB (ZIEHL-NEELSEN) BOYA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ARB Boya Seti; Ziehl-Neelsen fenollu fuksin (Carbol fuchsine) eriyiği, %3 asit alkol eriyiği ve löflerin metilen mavisi eriyliğinden eşit miktarda içermelidir.
2. Boyalar homojen olmalıdır. Çökelti ve boyalı kalıntıları içermemelidir.
3. Laboratuara teslim tarihi itibarıyle en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
4. Boyalar ayrı ayrı 250 ml şişelerde olmalıdır.
5. Aside dirençli bakterilerin Ziehl-Neelsen metoduyla boyanmasında kullanılcagından bu amaca uygun olmalıdır.
6. Set içerisindeki mikrobiyolojik boyalı çözeltileri plastik damlalıklu kapaklı şişelerde olmalı ve herhangi bir dökülmeyi, akmayı engellemek için koruyucu kapak sistemi bulunmalıdır.
7. Setteki şişeler dayanıklı plastikten yapılmalı ve şişeler üzerinde etiket bulunmalıdır.
8. Bozuk kitler, firma tarafından yenileri (2 yıl miyadlı) ile değiştirilmelidirler.
9. Kutu içerisinde yöntemin ve kitin özelliklerini ve uygulama şeklini anlatan kullanım kılavuzu olmalıdır.
10. Boya setleri ulusal veya uluslararası geçerli olan kalite belgesi ile CE uygunluk belgesine sahip olmalı ve ihaleye katılan firmalar bu belgeleri ihale esnasında belgelemelidirler.
11. Boyaların Üretim tarihi, lot numarası ve son kullanma tarihi şişelerin üzerinde olmalıdır. Boyalar hazır kullanılacak şekilde olmalı ve ek işlem gerektirmemelidir.

GRAM BOYAMA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Gram boyama seti, Gram boyama yöntemi ile bakteri türlerinin mikroskopik olarak ayrimını yapmak için kullanılacaktır.
2. Gram boyama setleri kristal viyole, stabil iyodin, renksizleştirici alkol ve karışık boyalı safrainden oluşmalıdır.
3. Set içerisindeki mikrobiyolojik boyalı çözeltileri plastik damlalıklu kapaklı şişelerde olmalı ve herhangi bir dökülmeyi, akmayı engellemek için koruyucu kapak sistemi bulunmalıdır.
4. Setteki şişeler dayanıklı plastikten yapılmalı ve şişeler üzerinde etiket bulunmalıdır.
5. Boyalar 250 ml'lik orijinal ambalajları içinde bulunmalıdır.
6. Set sağlam kutular içerisinde bozulmayı ve dökülmeyi önleyecek şekilde ambalajlanmış olmalıdır.
7. Bozuk kitler, firma tarafından yenileri (2 yıl miyadlı) ile değiştirilmelidirler.
8. Kutu içerisinde yöntemin ve kitin özelliklerini ve uygulama şeklini anlatan kullanım kılavuzu olmalıdır.

9. Set, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarımızca denenmiş olmalıdır.
10. Boyaların son kullanma tarihleri laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır.
11. Boya setleri ulusal veya uluslararası geçerli olan kalite belgesi ile CE uygunluk belgesine sahip olmalı ve ihaleye katılan firmalar bu belgeleri ihale esnasında belgelemelidirler.
12. Boyalar homojen halde olmalı, çökelti ve boyalı kalıntıları içermemelidir.
13. Boyaların üretim tarihi, lot numarası ve son kullanma tarihi şişelerin üzerinde olmalıdır.
14. Boyalar hazır kullanılacak şekilde olmalı ve ek işlem gerektirmemelidir.

Doç.Dr.Yusuf Enikmaz
Doğudavaşri Devlet Hastanesi
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dr.Yusuf AFSAR
Doktore No: 1/2094