

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/422
Konu : Mal Alımı Hk.

15/08/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimize başvuran Abdullah KAHRAMAN isimli hastaya kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **1 Kalem Tıbbi Malzeme Alım İş**i 4734 sayılı ihale Kanununun 22/f maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 17/08/2018 tarih ve saat **09:00'a** kadar 0472 215 34 22 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Op.Dr. Selim SAFALI
Başhekim

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	DİSTAL FİBULA ANATOMİK PLAĞI	ADET	1		

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

11-AYAK BİLEĞİ BÖLGESİ PLAKLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- PLAKLAR 2,7MM VE 3.5 MM KİLİTLİ KİLİTSİZ KORTİKAL İLE KULLANIMA UYGUN OLMALIDIR.
- PLAKLARIN UÇ KISIMLARI MİNİMAL İNVAZİF İMPLANTASYONA İMKAN VERECEK ŞEKİLDE İNCELTİLMİŞ OLMALIDI
- LATERAL PLAK KONDİLİNDEKİ DELİKLERİN TAMAMI KONDİL İÇERİSİNE DİK DEĞİL AÇILI GİDECEK ŞEKİLDE OLMALI, VİDALAR EN UZUNU ATILSA DAHI BİRBİRİNE ÇAKIŞMAYACAK ŞEKİLDE AÇILANDIRILMIŞ OLMALIDIR
- KİLİTLİ VİDA DELİKLERİNE KORTİKAL VİDA DA ATILABİLMELİ, VİDA BAŞI TAM OLARAK DELİĞE OTURMALI, DIŞARIYA TAŞMAMALIDIR.
- PLAKLAR GRADE 5 KALİTE Tİ6AL4V ALAŞIMDAN İMAL EDİLMİŞ OLMALI İSTENDİĞİNDE TEST SERTİFİKASI SUNULMALIDIR.
- SETTE AŞAĞIDAKİ VİDALARIN HER BİRİNDEN EN AZ 5 ER ADET OLMALI, VİDALAR SET İÇERİSİNDE BİR TEPŞİYE YERLEŞTİRİLMİŞ OLMALIDIR.
- VİDA SETİ İÇERİSİNDE 2,7 MM – 3,5 MM KİLİTLİ VE KİLİTSİZ KORTİKAL VİDALAR SEÇENEKLERİ OLMALIDIR.
- ÇAKMA ÇIKARMA SETİ İÇERİSİNDE RUJİN ELAVETOR,PERIÖST SIYIRICI,KEMİK KLEMPİ VE UYGUN PLAK BÜKÜCÜLER OLMALIDIR.

11.3 LATERAL MELLEOL KİLİTLİ ANATOMİK PLAĞI

TV1930

11.4 2.7MM KİLİTSİZ KORTİKAL VİDA

TV1010

11.5 3.5MM KİLİTSİZ KORTİKAL VİDA

TV1030

11.6 2.7MM KİLİTLİ KORTİKAL VİDA

TV1150

11.7 3.5MM KİLİTLİ KORTİKAL VİDA

TV1170