

3-Teklif edilen aletler için geniş referans listesi verilecektir. Birinci derece Üniversite Hastaneleri ve Devlet Hastaneleri için verilen referanslar tercih nedeni olacaktır. Verilen referans listesinde kurum adı, telefon ve faksı detaylı olarak verilecektir. İştirak eden firmaların teklifte bulunduğu markalı ürünlerin, kamu hastaneleri referansları araştırılıp, teklif edilen ürünler için tutulan olumsuz rapor var ise teklifleri dikkate alınmayacaktır.

4- İştirakçi firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını ihale evrakları ile vereceklerdir.

5- İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin tamamı için bu şartnameye ve ekindeki listeye göre kalemler teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlanacaktır. Bu belge iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale dosyası içinde verilecektir. Bu cevaplar ürünlerin orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firmanın teklif mektubu ağılımadan ihale dışı bırakılacaktır.

6- İhale uhdesinde kalan firmanın ihalatçı olması durumunda ilgili malzemelerin teslimat sırasında malzemelerin Gümrük Giriş Beyannameleri ile gümrük giriş sırasında alınması zorunlu olan TSE uygunluk belgelerini Müayene Komisyonuna ibraz etmelidir.

7-TSE Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

8-İthal ürün teklif eden firmalar cerrahi aletlerin Avrupa'da ürettiğine dair orijinal evraklarını ihale dosyasına bırakacaklardır.

9-Yerli ürünler için Yerli Mali Belgesi.

10-Verilecek konteynir etiketleri için ISO 17025 sertifikasına sahip ulusal veya uluslararası akredite deney laboratuvarlarının birinden alınmış ISO 11140-1 belgesi olmalı, bu belge ihale dosyası içerisinde asli veya noter tasdikli olarak verilmelidir.

11-İmalatçı firmanın, ihalatçı veya iştirakçi firmaya vermiş olduğu mülkiyet veya yetki belgesi mutaka ihale evrakları ile birlikte komisyona sunulacaktır.

12-Konteyner ve tel sepetler TS EN 868-8 standartlarına göre üretilmiş ve belgelendirilmiş olmalıdır. Bu belge ihale dosyasında asli veya noter onaylı olarak sunulmalıdır.

13-Cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde bozulmuş, kırılmış, korozyona uğrayan aletlerin 15 gün içerisinde yenileri ile değiştirileceğine dair taahhütname vereceklerdir.

14-Teklif edilen cerrahi aletler için üretici firmaya ait **TS 5172 EN ISO 13402** otoklavlamaya, korozyona ve ısıya karşı **DIRENÇ TAYINI BELGESİ**(en az 4 farklı ürün için alınmış) noter tasdikli olarak verilmelidir. Noter tasdikli olmayan belge kabul edilmeyecektir.

15-Üretici firmaya ait Kapasite Raporları verilecektir.

16- Yerli veya yabancı Üretici firma adına düzenlenmiş **DIN 58298-2010**'da belirtilen şartlara göre imal edildiğine dair uluslararası akredite kurumlarından alınmış belge ihale dosyasında mevcut olmalıdır.

17-Konteynerlerin steril bütünlüğünü 180 (yüzsekksen) gün koruyabildiği, mikrobiyoloji kliniğinin vermiş olduğu uygunluk raporuyla noter onaylı olarak belgelendirilecektir.

18-Teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibarı ile ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında kayıtlı olması ve kullanılacak ürünlerin (doğrudan insana teması olmayan konteyner, tel sepet, silikon çim ve

3/5

Op.Dr. Serkan SÖZKESEN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 132519
Ağrı Devlet Hastanesi

Op Dr Ömer Ali KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 122768
Ağrı Devlet Hastanesi

Op. Dr. Salim
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 132519
Ağrı Devlet Hastanesi

taslar haric) TITUBB de Sağlık Bakanliği tarafından onaylı olması gerekmektedir. Sağlık Bakanliği Onaylı UBB gıktıları ihale dosyasında verilecektir.

19-İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları Teknik Şartnameye Cevap belgesini teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Teklif edilen ürünler için aşağıda belirtilen şablona göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün,isteklinin teklif ettiği ürünün katalog numarası,markası,miktarı,bar kod numarası, ve detaylı açıklaması yer alacaktır.

ÜRÜN NO	KATALOK NO	TEKLİF EDİLEN MARKA	ÜRÜN AÇIKLAMASI	Miktarı	KATALOK SAYFA NO	ÜRÜN BAR KOD NO
---------	------------	---------------------	-----------------	---------	------------------	-----------------

20-Bakım ve kullanım kılavuzu ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

GARANTİ:

-İmalatçı, ithalatçıve iştraktçı firmanın kurum adına düzenlenmiş garanti belgeleri dosya içerisinde verilecektir.İştraktçı firmanın mülkessilinin veya bayılığının iptal olması durumunda aynı garanti şartlarını üretici veya ithalatçı firmasında sorumlu olduğunun gösteren üretici/ithalatçı firmadan onaylı taahhütnamede teklif dosyası içinde bulunacaktır.

NUMUNE:

- Cerrahi aletler için : 2 yıl
- Yedek Parça ve Servis için : 10 yıl (ücreti karşılığı)

1	D 103.00	MİKRO PENSET DUZ 2MM 11 CM	1 Adet
2	A 500.01	CETVEL 15 CM	1 Adet
3	K 127.00	KILNER CILT EKARTORU 16 CM	1 Adet
4	G 222.00	HASSAS MAKAS DUZ 9 CM	1 Adet

İştraktçı firmalar aşağıda belirtilen özellikte alet numunesi getireceklerdir.Tüm numune aleytlerin üzerine lazer baskı ile"BEÇM NR"ibaresi basılmış olacaktır.İhale Komisyonu gelen numuneleri inceleyecektir.İstenen numuneler getirilmediği takdirde iştraktçı firmanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır. Numuneler ihale evrakları ile beraber komisyonla teslim edilecektir.

Bu numuneler görsel ve fonksiyonel olarak çiplak gözle, mikroskopla ve elle incelenerek test edilecektir.

Numune olarak verilen aletler teslimata kadar satın alma komisyonunda duracak teslim edilen numune olarak verilen aletler kıyaslanarak teslim alınacaktır.Emin olunamıyor ise malzeme tesliminde komisyon gerek görüldüğü takdirde aletler şartnamede belirtilen koşullara uygunluğu teyit etmek amacıyla TSE 5172'de belirtilen metal malzeme korozyon deneyine tabi tutulacaktır. Teknik şartnameye uygunluğu teyit etmek amacıyla yapılacak tüm testler, deneyler ve bunların belgelenmesi ile ilgili tüm masraflar katılımcı firmalara ait olacaktır. Olumsuz bir durum teyit edilmediği malzeme rededilecektir.Ve uygunsuzluk teyit edilen firma ve markalar hakkında kanuni

4/5

Op.Dr. Serkan SÖZKESEN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes No 13596, İzm Tes No 120012
Ağrı Devlet Hastanesi

Op.Dr. Ömer Ali KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes No: 122768
Ağrı Devlet Hastanesi

Op. Dr. Selim ŞAHİN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes No: 132519
Ağrı Devlet Hastanesi

İşlem yapılacaktır. Firmalar bu değerlendirmeye ve rapora ait hiçbir itirazı olmayacağını taahhüt ederek belgeleyeceklerdir.

Kodlar firmalara referans olması açısından BAHADIR katalogundan seçilmiştir.Firmalar aynı marka veya aynı özellikte farklı marka teklif edebilir

SET İÇERİĞİ:

1	BİSTURİ SAPİ 3 NO 12.5 CM (BB 073)	2	Adet	2	Adet
2	BABY-METZE MAKAS-HM EGRI (BC 259)	2	Adet	2	Adet
3	HASSAS MAKAS EGRI 9 CM	2	Adet	2	Adet
4	JAMESON MAKAS EGRI 13 CM	4	Adet	4	Adet
5	MİKRO MAKAS EGRI 16 CM	2	Adet	2	Adet
6	BACKHAUS CAMASIR KLEMP 11 (BF 432)	8	Adet	8	Adet
7	FOERS-BALLENQ.ORG.VE DK.P (BF 122)	2	Adet	2	Adet
8	DE BAKAY ATROMATİK PENSET (FB 394)	2	Adet	2	Adet
9	MİKRO PENSET 11 CM 0.15 MM	2	Adet	2	Adet
10	MİKRO PENSET EGRI 0.2MM 11.5 C	2	Adet	2	Adet
11	BABY MOSQUITO HEMOSTATİK (BH 105)	4	Adet	4	Adet
12	MICRO-HALSTED HEMOST.PENS (BH 109)	8	Adet	8	Adet
13	DEBK.BULDOG KLEMP DUZ AG.UZ.2 CM 6 CM	2	Adet	2	Adet
14	DEBK.BULDOG KLEMP DUZ AG.UZ.1.4 CM 5.5 C	2	Adet	2	Adet
15	WEITLANER OT.EKAR.KUNUT 11 CM	2	Adet	2	Adet
16	HALSEY-HM PORTEGU 13 CM (BM 012)	2	Adet	2	Adet
17	MİKRO PORTEGU KILITSIZ EGRI 15 CM	2	Adet	2	Adet
18	MİKRO PORTEGU KILITSIZ DUZ 15 CM	2	Adet	2	Adet
19	APROKSİMATÖR KOMPLE	2	Takim	2	Takim
20	FREER EKARTOR 15 CM	2	Adet	2	Adet
21	KONTYNER VALF GRI 465x280x150 MM	2	Adet	2	Adet
22	Delikli Tepsil ayakli 405x252x80 mm	2	Adet	2	Adet
23	TAS 0.4 LT.11.0X7.0X5.5 C (JG 523)	2	Adet	2	Adet
24	YESİL SİLİKON CIM 225x235 MM	2	Adet	2	Adet
25 A 500.01					

SETVEL 15 C

Op.Dr. Ömer ALL KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 122768
Agri Devlet Hastanesi

Op.Dr. Serkan KÖZKESEN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 120012
Agri Devlet Hastanesi

Op.Dr. Selim SAHADI
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 132519
Agri Devlet Hastanesi

5/5

9

Ön ve Arka Korumalı Kursun Önük Teknik Şartnamesi

1. Kursun önük radyasyona karşı ön tarafta 0.50mm Pb kursun eşdeğerlikte, sağlim röntgen ışımasına karşı ise %99'luk bir koruma sağlar.
2. Kursun önükün arkası kapalı olmalıdır.
3. Kursun önük radyasyona karşı arka tarafta 0.25mmPb kursun eşdeğerlikte, sağlim röntgen ışımasına karşı ise %99'luk bir koruma sağlamaktadır.
4. Kullanılan malzeme kursun ihtiva etmeli ve esnek olmalıdır.
5. Kursun önük rahat giyilip çıkartılabilir özellikte olmalıdır.
6. Önükler silikon veya fiyora karbon yedirilmiş ipliklerle üretilen poliüretanlı tafta kumaşa kaplı olmalıdır.
7. Önük üstü lekə tutmayan, kolay silinebilir, su geçirmez ve kolay dezenfekte edilebilir olmalıdır.
8. Özel şeritli tüm beli saran kuşak mevcut olmalıdır.
9. Önüklerin altındaki bağ basitçe açılarak önükler vücudun ön kısmından kolayca çıkartılabilir.
10. Önük üzerinde norm ve istenilen özelliklere haiz olduğunu bildiren etiket bulunmalıdır.
11. Önük CE Belgesine haiz olmalıdır.
12. Kursun önükler değişik ebatlarda olmalıdır. Değişik ebatlarda teslimat yapılmalıdır.
13. Önüklerin ağırlığı 7kg'yi geçmemelidir.

Op. Dr. Ali KAYA
Dip. Tes. No: 14.946
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Ağrı Devlet Hastanesi

Op. Dr. Ali KAYA
Dip. Tes. No: 14.946
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Ağrı Devlet Hastanesi

Op. Dr. Ali KAYA
Dip. Tes. No: 14.946
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Ağrı Devlet Hastanesi