



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DOÇ. DR. YAŞAR
ERYILMAZ İH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
11.09.2018 13:54 - 68917221 - 949 - E.1380



Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İÇİN GEREKLİ MALZEME ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 12/09/2018 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalar
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	MUELLER HINTON AGAR PLAK BESİYERİ	ADET	500		
2	KOYUN KANLI AGAR PLAK BESİYERİ	ADET	1000		
3	EMB PLAK OGER	ADET	700		
4	ÇİKOLATA AGAR PLAK BESİYERİ	ADET	100		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
e-İmzalıdır.
Uzm.Dr.Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fihli olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olduğundan ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (iki) yıl garantili olması.
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Faks No:04723125447/312 60 30

e-Posta:serra.kirac@saglik.gov.tr İnt.Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için:Serra KIRAC
Unvan:TIBBİ SEKRETER

Telefon No:04723127584

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belen.saglik.gov.tr> adresinden ulaşabilirsiniz.

EK1

MALZEME LİSTESİ, TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE MİKTARLARI

1.	Mueller Hinton agar plak besiyeri	500 adet
2.	Koyun kanlı agar plak besiyeri	1000 adet
3.	EMBagar plak besiyeri	700 adet
4.	Çikolata agar plak besiyeri	100 adet

BESİYERLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Besiyerlerinin performans ve sterilite kontrollerini gösteren belge sunulmalıdır.
2. Besiyerlerinin lot numaraları her üretim partisi için farklı olmalıdır.
3. Koyun Kanlı/ EMB agar, Koyun kanlı agar, çikolata agar ve EMB agar 90 mm çaplı petri kutularında ve 4 mm yüksekliğinde kullanıma hazır olmalıdır.
4. Mueller Hinton agar besiyeri **90 mm çaplı** petri kutularında ve 4 mm yüksekliğinde kullanıma hazır olmalıdır.
5. Üretici firma CE, ISO 9001:2000, ISO 13485 belgelerine sahip olmalıdır.
6. Besiyerlerinin standardizasyonu için çevre koşulları, transport gibi etkenlerin dikkat alındığını ve risk analizlerine değerlendirildiği EN144, ISO 14971 sertifikaları yer almalıdır.
7. Üretici firmanın medikal ürünlere özgü etiketleme ve bilgilendirmeyi sağladığına dair ISO 15223 sertifikası bulunmalıdır.
8. Her ambalaj ikili 10'luk paketlerden toplam 20 petri halinde olmalıdır.
9. Besiyeri ambalajı buhar birikimini, kuruma ve kontaminasyonu önleyici nitelikte naylon ağız yapışkanlı poşetler ile ambalajlanmış olmalıdır.
10. Üremeyi arttırmak amacıyla besiyerinde ayrıca polytix içermelidir.
11. Besiyerlerinin her paketinde ATCC test organizmalarıyla test edildiğini gösterir kalite sertifikasyonu olacaktır.
12. Besiyerlerinin ambalaj kutusu üzerinde satıcı firmanın adı, adresi, malzemenin orjinal adı, seri no, üretim tarihi ve saklama koşullarına ait bilgiler olmalıdır.
13. Üretici firma tarafından besiyeri üretimindeki her lot numarası için kalite kontrol sertifikası sunabilmelidir.
14. **Teslimat laboratuvarın isteği doğrultusunda partiler halinde ve zamanında olmalıdır. Laboratuvarın istediği sayı üzerinde gönderilen besiyerleri kabul edilmeyecektir.**
15. Teslimde kontamine olmuş olanlar veya (+4 C'de stoklanmasına rağmen) normal süresi içinde paketi açılmamış besiyerinin kontamine olanları veya biyokimyasal ve fiziksel özellikleri bozulmuş olanları yenileriyle değiştirilmelidir.
16. Hazır besiyerlerinin transportu soğuk zincir şartlarına uygun şekilde taşınarak ünitemize ulaşması sağlanmalıdır.
17. Besiyerlerinin son kullanma tarihleri, teslim tarihinden sonra en az 6 ay süreli olmalıdır.

18. Üretici firmanın CLSI ve EUCAST normlarda üretim yaptığını ve aktif CLSI ve EUCAST üyeliğinin olduğu belgelenmelidir. Hangi standart kullanılırsa o standarta göre malzeme temini yapılmalıdır.
19. Besiyeri petripleri üzerinde besiyerinin adı, son kullanma tarihi ve üretim lot numarası yazmalıdır.
20. Çikolata agar, H.influenzae, N.gonorrhoeae, N.meningitidis gibi zor üreyen bakterileri bilimsel olarak tanımlanabilecek nitelikte üretebilmelidir.

Doç. Dr. Yusuf Eryılmaz
Doğubeyazıt Devlet Hastanesi
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dr. Yusuf AFSAR
Doğ. Tesc. No: 112094