



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DOÇ. DR. YAŞAR
ERYILMAZ DİE SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
12/09/2018 21:00 - 68917221 - 949 - E.1600



Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **AMELİYATHANE BİRİMİ İÇİN MALZEME ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 14/09/2018 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır.
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	JACKSON PRATT DREEN (SİLİKON 12 MM)	ADET	60		
2	JACKSON PRATT DREEN (SİLİKON 10 MM)	ADET	60		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
e-imzalıdır.
Uzm.Dr.Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fihri olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alın konusu cihaz ise eğitim hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (iki) yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinizde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Faks No:04723125447/312 60 30

e-Posta:serra.kirac@saglik.gov.tr İnt.Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için:Serra KIRAÇ
Unvan:TIBBİ SEKRETER

Telefon No:04723127584

İhale için: www.agriihale.gov.tr adresinden f616e194-9fbd-4297-9eb9-d648df3b0e81 kodu ile erişebilirsiniz.

JACKSON-PRATT DREN(SİLİKON) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. NEGATİF BASINÇLA DRENAJ YAPMA ÖZELLİĞİNE SAHİP OLMALIDIR.
- 2.ÜRÜN BİRBİRİNDEN KESİNLİKLE AYRILMAZ YAPIDA DREN VE TÜP OLMAK ÜZERE İKİ KISIMDAN OLUŞMALIDIR.
- 3.DREN KISMI RADYOOPAK OLMALI VE VÜCUT İCİNDEYKEN RÖNTGENLE GÖRÜLEBİLMELİDİR.
- 4.TÜP BÖLÜMÜ TRANSPARAN OLMALI İCİNDEKİ SIVIYI GÖRÜLEBİLMELİDİR.
- 5.DREN HER İKİ TARAFINDAN ÇOK SAYIDA DELİKLER İHTİVA ETMELİ VE GÜÇLÜ EMİŞ SAĞLAMALIDIR
- 6.DREN GENİŞLİĞİ 12MM OLMALIDIR
- 7.ÜRÜN STERİL OLMALI VE TEKLİ PAKETLERDE BULUNMALIDIR.
- 8.DREN VE TÜP TAMAMEN SİLİKONDAN OLUŞMALIDIR.
- 9.DREN POSTOPERATİF DÖNEMDE İSTENİLDİĞİNDE KOLAYÇA ÇIKARTILABİLMELİDİR.
- 10.DRENE EDEN KISMI, VÜCUT DIŞINDA KALAN VE HAZNEYE BAĞLANAN KISIMDAN DAHA GENİŞ OLMALIDIR.
- 11.VÜCUT DIŞINDA DRENE EDİLEN İÇERİĞİN BİRİKTİĞİ BİR HAZNESİ OLAMALIDIR.
12. HAZNE SÜREKLİ YUMUŞAK VAKUM SAĞLAMALI VE DOKU TRAVMASINI MİNİMUMA İNDİRME ÖZELLİĞİNE SAHİP OLMALIDIR.
13. HAZNE İÇİ HACİM İŞARETLERİ KOLAY ÖLCÜM SAĞLAMALIDIR.
14. HAZNENİN ÜZERİNDE AYRI BOŞALTMA UCU OLMALIDIR.
15. GERİ AKIŞI ÖNLEYİCİ VALF SİSTEMİ OLMALIDIR.
16. GÜVENLİ TAKMA İCİN ASACAK VE YATAK UCU KLİPSİ OLMALIDIR.
17. ŞEFFAF OLMALIDIR.
- 18.EN AZ 200 MM LİK OLMALIDIR.
19. İSTENİLDİĞİNDE FARKLI HACİMLERDE REZERVUAR ALTERNATİFLERİ OLMALIDIR.
20. STERİL TEKLİ AMBALAJ İCİNDE OLMALIDIR.
21. NUMUNE UZMAN EKİP TARAFINDAN DENENDİKTEN SONRA KARAR VERİLECEKTİR.

JACKSON-PRATT DREN(SİLİKON) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. NEGATİF BASINÇLA DRENAJ YAPMA ÖZELLİĞİNE SAHİP OLMALIDIR.
- 2.ÜRÜN BİRBİRİNDEN KESİNLİKLE AYRILMAZ YAPIDA DREN VE TÜP OLMAK ÜZERE İKİ KISIMDAN OLUŞMALIDIR.
- 3.DREN KISMI RADYOOPAK OLMALI VE VÜCUT İCİNDEYKEN RÖNTGENLE GÖRÜLEBİLMELİDİR.
- 4.TÜP BÖLÜMÜ TRANSPARAN OLMALI İCİNDEKİ SIVIYI GÖRÜLEBİLMELİDİR.
- 5.DREN HER İKİ TARAFINDAN ÇOK SAYIDA DELİKLER İHTİVA ETMELİ VE GÜÇLÜ EMİŞ SAĞLAMALIDIR.
- 6.DREN GENİŞLİĞİ 10MM OLMALIDIR
- 7.ÜRÜN STERİL OLMALI VE TEKLİ PAKETLERDE BULUNMALIDIR.
- 8.DREN VE TÜP TAMAMEN SİLİKONDAN OLUŞMALIDIR.
- 9.DREN POSTOPERATİF DÖNEMDE İSTENİLDİĞİNDE KOLAYÇA ÇIKARTILABİLMELİDİR.
- 10.DRENE EDEN KISMI, VÜCUT DIŞINDA KALAN VE HAZNEYE BAĞLANAN KISIMDAN DAHA GENİŞ OLMALIDIR.
- 11.VÜCUT DIŞINDA DRENE EDİLEN İÇERİĞİN BİRİKTİĞİ BİR HAZNESİ OLAMLIDIR.
12. HAZNE SÜREKLİ YUMUŞAK VAKUM SAĞLAMALI VE DOKU TRAVMASINI MİNİMUMA İNDİRME ÖZELLİĞİNE SAHİP OLMALIDIR.
13. HAZNE İÇİ HACİM İŞARETLERİ KOLAY ÖLCÜM SAĞLAMALIDIR.
14. HAZNENİN ÜZERİNDE AYRI BOŞALTMA UCU OLMALIDIR.
15. GERİ AKIŞI ÖNLEYİCİ VALF SİSTEMİ OLMALIDIR.
16. GÜVENLİ TAKMA İCİN ASACAK VE YATAK UCU KLİPSİ OLMALIDIR.
17. ŞEFFAF OLMALIDIR.
- 18.EN AZ 200 MM LİK OLMALIDIR.
19. İSTENİLDİĞİNDE FARKLI HACİMLERDE REZERVUAR ALTERNATİFLERİ OLMALIDIR.
20. STERİL TEKLİ AMBALAJ İCİNDE OLMALIDIR.
21. NUMUNE UZMAN EKİP TARAFINDAN DENENDİKTEN SONRA KARAR VERİLECEKTİR.