



TC Sağlık Bakanlığı

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DOÇ. DR. YAŞAR
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
12.09.2018 20:56 - 68917221 - 948 - F.198



00076527803

T.C.

AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949

Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **PERİFERİK SİNİR BLOK İĞNESİ ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 14/09/2018 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır.
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	PERİFERİK SİNİR BLOK İĞNESİ 0,8X100mm	ADET	25		
2	PERİFERİK SİNİR BLOK İĞNESİ 0,7X50 mm	ADET	25		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR

e-imzalıdır.

Uzm.Dr.Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Fiziki olseksak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyasına kapatacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cibaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- E-posta adresiniz satın alımıya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garanti olması
- Vereceğiniz fiyat tekllerlerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- Teklif sonucu sipariş çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen tekller hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

1-PERİFERİK SİNİR BLOK İGNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Özel izole edilmiş teflon kaplı olmalıdır.İğnenin ucunda tek noktadanileti vermelidir.
(Pinpoint elektrodi olmalıdır.)
- 2.Düzungün üst düzeyli olmalıdır.
- 3.Ponksiyon kanülü, ponksiyon derinliğini gösteren uzunluk işaretli olmalıdır.
- 4.Ponksiyon kanülü,sinir stimülatör cihazına uygun elektrik kablolu ve enjeksiyon/aspirasyon için kullanıma uygun uzatma line'li olmalıdır.
- 5.Emin sinir lokalizasyonu için ultra ince atravmatik uçlu olmalıdır.
- 6.30°bileyledi olmalıdır.
- 7.Değişik çap ve uzunluklarında olmalıdır.

30° bileyli

Çap	G	Uzunluk
-----	---	---------

0,8mm	21G	100mm
-------	-----	-------

30°bileyledi

Çap	G	Uzunluk
-----	---	---------

0,7	22G	50 mm
-----	-----	-------

8.Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler İngilizce, Almanca,Türkçe veya Fransızca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.

9.Ambalaj üzerinde sol kullanım tarihi, lot no,ürünün içeriği hakkında tüm bilgiler belirtilmeliidir.

10.Ürünlerin son kullanma tarihi depo teslim tarihinden itibaren en az iki yıl sonra olmalıdır.

11.İğne uhdesinde kalan yüklenici firmamın iğnenin cihazını hastanemize ücret talep etmeden vermesi gerekmektedir.

12.İğneler hastanemize talep üzerine parti parti çekilecektir.

13.iğnenin miadının dolmasını 5 ay kala firma tarafından değiştirilecektir.

