

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 442
Konu : Mal Alımı Hk.

13/09/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **1 Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 17/09/2018 tarih ve saat 16:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

| SIRA NO | MALZEME ADI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT |
|---------|-------------|-------|--------|-------------|--------------|
| 1 | GALOŞMATİK | ADET | 8 | | |
| TOPLAM | | | | | |

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

GALOŐMATİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.Galoőlar karton kutularında ve kartuőun iinde bulunmalıdır.
- 2.Galoőlar birinci kalite poőetten yapılmıő olmalıdır.
- 3.Galoőlar yaklaőık 34-50 ayakkabı numarsına kadar uyumlu olmalıdır.
- 4.Galoőların geniőlięi 48 cm(+/-2cm) olmalıdır.
- 5.Galoőların i derinlięi 13cm (+/-2cm) olmalıdır.
- 6.Galoőlar kartuő iinde makinenin sorunsuz alıőmasını saęlayacak biimde katlanmış ve dizilmiş olmalıdır.
- 7.Galoőmatik 220V ile alıőmalıdır.
- 8.Galoőmatik ergodinamik yapıda olmalıdır.
- 9.Firmalar tekliflerle birlikte detaylı Őekilde zelliklerinde olduęu katalogları (őartnamelerini) satınalmaya sunacaklardır.
- 10.Katalogları olmayan veya detaylı zelliklerin olmadığı teklifler deęerlendirme dıőı kalacaktır.

Ayfer GÖK
Ameliyathane Sorumlu Hemőiresi
Aęrı Devlet Hastanesi

Cp. Dr. Selim SAFALI
Aęrı Devlet Hastanesi
Baőhekim