


T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 502
Konu : Hizmet Alımı

18/10/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 **Kalem Hizmet Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 22/10/2018 tarih ve saat 10:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ENDOSKOPİ BİRİMİ YATAKBAŞI ÜNİTESİ MONTAJI VE MEDİKAL BAKIR BORU HATTININ ÇEKİLMESİ İŞİ	ADET	1		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.


Endoskopi Birimi Yatak Başı Ünitesi Montajı ve Medikal bakır hattının çekilmesi işi Teknik Şartnamesi

İstenilen iş :

1. Montajı yapılacak yatak başı ünitesi 6 adet olacaktır. (Her yatak başı 1 adet oksijen prizinden oluşmalıdır.)
2. 3 ayrı odaya ; bir odaya 3 adet, bir odaya 2 adet, bir odaya 1 adet yatak başı ünitesi (sadece 1 adet oksijen prizinden oluşan) montajı yapılacaktır.
3. İstenilen işi yüklenici yerinde görmek durumundadır aksi halde sonradan çıkacak iş artışları için ayrıca ücret ödenmeyecektir. Yüklenicinin vermiş olduğu fiyat teklifi iş artışı vb durumlar için de geçerli olacaktır.
4. Yatak başı ünitelerinin "**bakır boru**" ile istenilen yere montajları yapılacaktır. Ne kadar bakır boru kullanılacağı yüklenici tarafından yerinde değerlendirilecektir. Sonradan yüklenicinin **bakır boru** veya **buna bağlı dolaylı iş artışları** konusunda yapacağı itirazlar idare tarafından dikkate alınmayacaktır. Verilecek fiyat teklifleri sayılan şartlar göz önünde bulundurularak verilmelidir. Yerinde değerlendirme yapılmadan verilen fiyat teklifleri "yüklenici tarafından yerinde değerlendirme yapılmıştır" şeklinde kabul edilecek ve işin zamanında ve tam bitirilmesi konusunda yaşanan olumsuzluklarda idare yükleniciye yaptırım uygulayabilecektir.

İŞİN GEREKTİRDİĞİ ŞARTLAR

1. Yukarıda belirtilen malzemeler sistemin orijinalliğine bağlı kalınarak gerçek, kaliteli parçalar ve malzemeler olmalıdır.
2. Oksijen prizlerine oksijen gazının mevzuatlarda belirtilen rengine uygun renk kodlanması verilmelidir.
3. Kullanılacak bakır borular I. Sınıf kalitede olmalıdır.
4. Kullanılan bütün malzemeler 1 yıl boyunca her türlü montaja üretime ve gaz sızdırma hatalarına karşı garantili olmalıdır. Hatalı olan ve gazların geçişine zorluk gösteren ya da aşırı ses kirliliği yapan ürünler iade edilip montaj ve servis bedeliyle birlikte firmasından talep edilecektir.
5. Yükleniciler montaj yerlerini görebilirler. Şehir dışından verilmiş teklifler **ÜRÜN VE MONTAJ YERLERİNİ** görüp fiyat verilmiş kabul edilecek ve bir fiyat artırımına gidilmeyecektir.


İlhan Bozkurt

6. Teklif veren firmalar montaj yapılacak yerin zorluğu ve kolaylığını her şartta kabul etmiş sayılacaktır. Ayrıca bir malzeme ve işçilik bedeli talep edemez.

7. Kullanılan malzemelerin tümü için TSE-ISO VE CE kalite belgeleri olmalıdır.

8. Yatak başlarının montajları standartlara uygun olmalı yüksekliği ve kullanım alanı hesap edilmelidir.

9. Yatak başlarının arası doktor ve hemşirenin hastaya müdahalesini kolaylaştıracak özellikte olup bunu göz önüne alarak montajları yapılmalıdır.

10. Sistemin tüm basınç değerlerini tüm şartlarda sağlamalıdır.

11. Sistemin kurulum sonrası en az 1 yıl garanti verilmelidir.

12. İşe başlamadan önce tüm malzemeler ilgili teknik birim tarafından bakılıp değerlendirilecek ve uygunluk sonrası işe başlanacaktır.

13. Yatak başı ünitesi montajı ve Medikal bakır hattının çekilmesi işi en geç 7 iş günü içerisinde olmalı ve şartnamenin konusu iş, en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde yapıp teslim edilmelidir.

14. Medikal yatak başı sisteminin risk durumu, ağırlığı ve büyüklüğü göz önünde bulundurulacak olursa, yüklenici firma işi CE- ISO belgelerine sahip malzemelerle gerçekleştirmeli ve gerekli testleri yerinde yapmak kaydıyla teslimatı gerçekleştirilecektir.

15. Tüm teklifler; kullanılacak malzemelerin montajı dahil ve en az 1 yıl garantili olacak şekilde göz önünde bulundurularak verilecektir.


16. **İşin bitişi sonrası ve muayene kabul işlemleri sırasında sistemlerin** testleri kullanıcılar ve ilgili teknik birim ile birlikte yapıp olumlu değerlendirilme yapıldıktan sonra şartnamenin konusu işin, tam ve zamanında yapıldığı kabul edilecektir.

17. İş yapacak olan firma personelleri teknik servis eğitimi almış kişiler olmalı ve bunu tekliflerinde belgelendirmelidirler.

18. Yüklenici şartname konusu işin gerçekleştirilmesi sırasında **tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak zorundadır.**Bu konudaki sorumluluk tamamı ile yükleniciye aittir.

19. **Yüklenicinin sistemin kurulumundan kaynaklı arızalarda sorumluluğu vardır.Sistemin kurulumundan kaynaklı hatalardan tamamı ile yüklenici sorumludur.**

20. Teklif veren firmalar **İSO – CE- TSE/HİZMET YETERLİLİK BELGELERİNE VE İŞİN EHLİ OLDUĞUNU GÖSTERİR EĞİTİM SERTİFİKALARINA** sahip olmalı ve bunu tekliflerinde sunmalıdır. Belgelerini tekliflerinde sunmayan firma teklifleri geçersiz sayılacaktır.


Hüner BOZKURT