

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153**508**
Konu : Malzeme Alımı

18/10/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 22/10/2018 tarih ve saat 15:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	EEG ELEKTROTU	ADET	30		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

EEG ELEKTROT ŞARTNAMESİ

- 1- Elektrodlar disk şeklinde olmalıdır.
- 2- Elektrodların kablo uzunluğu 1,5 m olmalıdır.
- 3- Elektrot çapları 10 mm olmalıdır.
- 4- Orijinal ambalajında içinde en az 6 farklı renkte 12 adet elektrod içermelidir.
- 5- Elektrot altın kaplama olmalıdır.
- 6- Elektrot DIN tipi konnektör olmalı ve 2 mm konnektör yapısı olmalı.
- 7- Kablo eklem yerleri sağlam olmalı kolay kopmamalı.

FİRET DÜRAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu