



TC. Sağlık Bakanlığı

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET  
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DOÇ. DR. YAŞAR  
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ  
19/11/2018 14:34 - 68917221 - 949 - E.1993



Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ENZİMATİK SOLÜSYON ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 22/11/2018 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır

Mehmet İLBOĞA

İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ENZİMATİK SOLÜSYON	LİTRE	100		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

OLUR

e-İmzalıdır.

Uzm.Dr.Hasan BALABAN  
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47  
Belgegeçer: 0472 312 54 47  
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Faks No:04723125447/312 60 30

e-Posta:serra.kirac@saglik.gov.tr İnt.Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için:Serra KIRAÇ  
Unvan:TIBBİ SEKRETER

Telefon No:04723125447


Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresine...

Bu belge 5070...

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

ENZİMATİK SOLÜSYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün, her türlü cerrahi, medikal alet ve endoskopların işlem sonrası üzerinde bulunan kan, doku, protein, yağ gibi organik yükü temizleyecek özelliğe sahip olmalıdır.
2. Fleksible ve rit olmak üzere endoskopik ve cerrahi aletlerin temizliğinde kullanıma uygun olmalı, aletler üzerindeki kan, doku vb. organiklerin kolaylıkla arınmasını sağlamalıdır.
3. Solüsyon kısa sürede temizlik etkisini göstermelidir ve cihaza zarar vermemelidir.
4. Ürün en az 3 enzimli olmalı, protein bileşiklerini parçalamak için proteaz, karbonhidrat bileşiklerini, parçalamak için amilaz ve yağ bileşiklerini parçalamak için lipaz enzimleri, olmalı bunun yanında mikrobiyal etkinlik için orta düzey dezenfektan ve temizleme özelliği için non-iyonik sürfektan bulunmalıdır.
5. Ultrasonik temizleyici cihazlarla, endoskop yıkama makineleri ile ve elde kullanıma uygun olmalıdır.
6. Enzimatik stabilitesini 60 °C ye kadar koruyabilmelidir.
7. Ürün kısa sürede temizlik etkisini göstermelidir. Yağ giderici temizlik gücü bilimsel çalışma ile ispatlanmış olmalı ve bu çalışma sunulmalıdır.
8. Ürün konsantre olup çeşme suyu ile sulandırılarak kullanılabilir.
9. Ultrasonik temizleyici cihazlarla, endoskop yıkama makinelerinde kullanılabilir nitelikte olmalıdır.
10. Sulandırılmış ürünün pH'sı nötr olmalıdır.
11. Ürünün materyal uyumluluğu geniş olmalıdır ve uyumlu olduğu materyaller listesi belgelendirilmelidir.
12. Korozyona neden olmadığı bilimsel çalışma ile belgelendirilmelidir.
13. Orijinal 5 litrelik ambalajında olmalıdır. Ambalaj üzerinde ürünün kimyasal içeriği, üretim ve son kullanma tarihi, seri numarası yazmalıdır.

Volkan Tokes  


Güler UGAR  
