

Gaitada Gizli Kan (GGK) Test Kiti

1. Test immunokimyasal yöntemle gaitada insan hemoglobini tayin etmelidir.
2. Testlerde kullanılan antikorlar sadece insan Hb'ne hassas olmalı; gıdalarla alınabilecek hayvan menşeli Hb'ler ile reaksiyona girmemeli ve bu şekilde yalancı pozitif sonuçlara yol açmamalıdır. Numune verme işlemi öncesinde hastaya diyet yaptırma gereği duyulmamalıdır.
3. Testin kalitatif pozitif sonuç için eşik değeri 50ng/ml olmalıdır.
4. Çalışma analiz için kit haricinde başka bir malzeme gerektirmemelidir.
5. Testler üretici firmanın orijinal ambalajında ve ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır. Her ambalajın üzerinde marka, lot numarası, son kullanım tarihi bulunmalıdır.
6. Test prosedürü santrifüj gerektirmemeli ve sonuçlar en geç 10 dakika içerisinde alınabilmelidir.
7. Seyreltici reaktif, kontaminasyonu önlemek için gaita toplama tüpleri içerisinde hazır bulunmalıdır.
8. Kit reaktifleri ve kit reaktifleri (Kit'in üzerindeki pozitif kontrol) dahil olmak üzere 2-30°C aralığında saklanabilmelidir.
9. Her kitin içerisinde, içerisinde hazır seyreltici reaktif bulunan örnek ekstraksiyon tüpleri olmalıdır. Solusyonu içerisine ekstrakte edilen numune en az 3 gün oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
10. Test kasetinde pozitif kontrol alanı bulunmalıdır.

SIRA NO	MALIN CİNSİ	MİKTARI
1	Gaitada Gizli Kan (GGK)	4000 Adet

Umut YOLCU
