


T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 549
Konu : Malzeme Alımı Hk.

22/11/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 26/11/2018 tarih ve saat 10:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	TAM EMİLEBİLEN TEK YÜZLÜ YAMA	ADET	4		
TOPLAM					

**Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe**

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

TAM EMİLEBİLEN TEK YÜZLÜ YAMA ŞARTNAMESİ

- 1 - Ürün Mültifilaman bir yapıda olmalıdır.
- 2 - Ürün boyasız olmalıdır.
- 3 - Kesildiğinde tiftiklenmemelidir.
- 4 - Dikiş yapılan kenarlarından sökülmemelidir.
- 5 - Ürün gözenekli bir yapıya sahip olmalı ve kan bileşenlerini süngerin genişlemiş yüzeyine toplayarak pıhtı oluşumunu hızlandırmalıdır.
- 6 - Geçici yara ve organ desteği için kullanıma uygun olmalıdır.
- 7 - Ürün Hemostatic sağlayıcı yapıda olmalıdır.
- 8 - Ürün doku onarımı ve yara iyileşmesinde etkili olmalıdır.
- 9 - Ürün ayrıca nemli yaraların iyileştirilmesinde de etkili olmalıdır.
- 10 - Ürün üç hafta içinde tamamen emilmelidir.
- 11 - Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.
- 12 - Ürün EC Type Examination standartlarına uygun olmalıdır.
- 12 - Ürün FDA onaylı olmalıdır.
- 13 - Ürün çalışma sırasında, ürünün yeniden konumlandırılabilmesi için esnek ve güçlü bir yapıya sahip olmalıdır.
- 14 - Ürünün CE belgesi olmalıdır.
- 15 - Ürünün SUT ve UBB kayıtları bulunmalıdır.
- 16 - Ürünün bilimsel yayınları olmalıdır.

SUT KODU: OR4010

Sb. Ağrı Devlet Hastanesi
Op. Dr. Ahmet Halil SAKARYA
Plastik, Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
Dip. Tez. No: 150468