

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153581
Konu : Malzeme Alımı

07/12/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 10/12/2018 tarih ve saat 11:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	EMBOLEKTOMİ KATETERİ NO 3	ADET	3		
2	EMBOLEKTOMİ KATETERİ NO 2	ADET	3		
3	EMBOLEKTOMİ KATETERİ NO 4	ADET	3		
4	EMBOLEKTOMİ KATETERİ NO 6	ADET	2		
5	EMBOLEKTOMİ KATETERİ NO 6	ADET	2		
6	EMBOLEKTOMİ KATETERİ NO 7	ADET	2		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

EMBOLEKTOMİ KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Damar travmasını azaltmak için uç kısımları yaylı olmalıdır.
2. Kateter 2-3- 4-5-6-7 Fr kalınlığında olmalıdır.
3. Şişirildiği zaman balonun şekli bozulmamalıdır.
4. Toplam uzunluğu 80 cm'den fazla olmamalıdır.
5. Balonun maksimum şişirilme hacmi 0.20 sıvı/ml'den fazla olmamalıdır.
6. Uç kısmı yumuşak bükülebilir olmalı ama kırılmamalıdır.
7. Koruyucu kılıf açılabilmesi ve esnek olmalıdır.
8. Yeşil renk kodlu olmalıdır.
9. Tek tek steril paketler içinde muhafaza edilmelidir.
10. ürün bölüm tarafından değerlendirilmek üzere numune bırakılmalıdır.



Dr. Ali Bulut
02131181