



TC Sağlık Bakanlığı

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ İH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRDİM
12/12/2018 12:18 - 68917221 - 949 - E.2136



0002412936

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ISI KONTROLLÜ DAMAR MÜHÜRLEME CİHAZI UCU ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 17/12/2018 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ISI KONTROLLÜ DAMAR MÜHÜRLEME CİHAZI UCU	ADET	2		

GENEL TOPLAM (KDV HARIC):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
e-İmzalıdır.
Uzm.Dr.Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve ödedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cibaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması.
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Faks No:04723125447/312 60 30

İnt.Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için:Serra KIRIÇ
Unvan:TIBBİ SEKRETER
Telefon No:04723127584

Isı Kontrollü Damar Mühürleme Cihazı Laparoskopik Prob / Düz bıçak

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Prob, cihaz üzerindeki mikroişlemci ile hasta üzerine iletilen radio frekans enerjisini doku direncine göre düzenlemeli ve iletmelidir.
4. Prob damar mühürleme ve kesme işlemlerini yapabilmelidir.
5. Prob içerisinde bulunan bıçak cihaz active edildiğinde önce enerji iletimine başlamalı sonra cerrah kontrolünde kesme ve kapama işlemleri eş zamanlı yapılabilir. Yanlışlıkla soğuk kesi yapma riskini önleyecek düzeneğe sahip olmalıdır.
6. Prob içerisinde bulunan bıçak sıkıştırma sağlayarak sistem boyunca kompresyon sağlamalıdır.
7. Cihaz kapama işlemini tamamladığında ve bıçak tamamen ilerletildiğinde ayrı sesli ve görsel sinyal vermelidir.
8. Probun üzerindeki polimer material çeneleri arasındaki doku sıcaklığının 100 dereceyi geçmesi halinde iletkenliğini kaybetmeli, bu şekilde termostatik kontrol sağlamalıdır.
9. Probun çeneleri içerisindeki elektron konfigürasyonu (+) ış tarafında (-) etrafını sarar şekilde olmalı, bu şekilde min termal yayılım (1 mm) oluşturmamalıdır.
10. 7 mm ye kadar damarların kapatılmasında kullanılabilir.
11. Prob şaftı laparoskopik vakalarda kullanılmak üzere 35 cm olmalıdır.
12. Prob şaftı 360° rotasyon yapabilmelidir.
13. Prob 5 mm trokardan geçebilmelidir.
14. Cihaz istenilirse prob üzerindeki düğme ile elden, istenilirse ayaktan active edilebilir.
15. Cihazın çene kısmı düz olmalıdır.

Op. Dr. Edir NEKAY
Genel Cerrahi Uzm.
Dip. Tes. No: 142064

Op. Dr. İrfan AKÇAY
Genel Cerrahi
Dip. Tes. No: 128460
Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz
Göçubayazı Devlet Hastanesi