



TC Sağlık Bakanlığı

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
EYİLMАЗ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
31/12/2018 11:44 - 68917221 - 949 - E.2220



00083490737

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazit Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsî ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ORTAM DOZİMETRESİ ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 24/12/2018 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır

Mehmet İlBOĞA

İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ORTAM DOZİMETRESİ	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kayıt

OLUR
e-imzalıdır.
Uzm.Dr.Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlidere vermesi gerekmektedir.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenleneceliktr.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Fili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kâdeh fatura kesilecektir.
- Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmemiği tükürde hasta dosyaları kapılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresi Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- E-posta adresiniz satın almayı verdiğse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- Alıcınak malzemelerin 2 İKİ yıl garanti olması
- Verdiğiniz fiyat teknellerinde firmamızın kağıdı ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geberli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen tekneller hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5 km Doğubayazit/AĞRI
Telefon: 0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubayazııt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi Başhekimiğine

28.11.2018

Konu: ORTAM DOZİMETRESİ

07.11.2018 tarih ve 68917221-929 sayılı yazı ile istenmiş olan ortam dozimetresinin teknik özellikleri aşağıda belirtilemiştir. Bilgilerinize arz olunur.

Saygılarımla,

Rad.Dr.Ufuk ÇELİK

ÖZELLİKLER	
Reaksiyon süresi	< 3 sn
Ölçüm aralığı	0,01 usv/h – 500 msv/h
Hata payı	< +/- %10
Hassasiyet	0,001 usv/h
Çalışma ortamı	-10 ; +50 derece ve %90 nem
Toplam doz gösterge aralığı	000.000 – 999.999 msv
Ölçülen işinlar	X-işini
Enerji respons	< +/- %30
Doz eşik değer alarmı	0,5 , 1,0 , 2,5 , 10 , 30 , 50 usv/h