


T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

31/12/2018

Sayı : 57212153/600
Konu : Malzeme Alımı

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 01/01/2019 tarih ve saat 14:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	PEDİARTRİK TANSİYON ALETİ	ADET	6		
		TOPLAM			

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

TANSİYON ALETİ (ÇOCUK TİPİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tansiyon aleti Perfect Aneroid tipinde olup manometre haznesi, puar kaşığı nikel kaplama ve kromajlanmış olacaktır.
2. Manometre skalası üzerindeki rakamlar okunabilir şekilde olacaktır.
3. Manometrenin düşük basınçta çalışmasını sağlamak için, birinci hortum puar dan aldığı havayı tazyik kesesine verecek, ikinci hortum da tazyik kesesindeki bu havayı manometreyi taşıyacak tertibatla olacak şekilde çift hortum sistemli ve çift girişli olacaktır.
4. Manometre kadranı gayet hassas bir şekilde sifıra ayarlanmış olacaktır. Kadran 0-300 mmHg basınç göstergeli olacaktır.
- 5- Manometre ibresi puar tarafından hava verilirken oynamayacak bir sistemde olacaktır.
- 6- Manşet yapışkanlı olup, çok dayanıklı kumaş ve iplikten yapılmış olacak ve orijinal olduğunu gösterir markası bulunacaktır.
7. Manşet ebatı 10x39 cm olmalıdır.
- 8- Tazyik kesesi (iç lastik) ve hortumlar orijinal çok iyi cins vulkanize kauçuktan imaledilmiş olacak ve hava verilmesi anında derhal şişecek gevşemeyecektir.
- 9- Hortumlar katlanmaya dayanıklı çok iyi cins vulkanize kauçuktan yapılmış olacaktır.
- 10-Puar tazyik kesesini kolayca şişirecek şekilde olacak ve puarın dip kısmında fitresi bulunacaktır.
- 11-Alet orijinal çantası ile karton kutu içinde olacaktır.
12. Tansiyon aletinin steteskopu bulunmalı ve manşete sabitlenmiş olmalıdır.
13. Tansiyon aletinin kalibrasyon sertifikası verilmeli ve en az 2 yıl garantisi olmalıdır.

F. Kar D. Kar

