

T. C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153618  
Konu : Malzeme Alımı

17.01/2019

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 17/01/2019 tarih ve saat 15:00'e kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAS  
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	BİYOSİD BARIYERLİ STERİL CERAHİ ELDİVEN (NO:7,5)	KUTU	1		
		TOPLAM			

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

## BİYOSİD BARIYERLİ STERİL CERRAHİ ELDİVEN

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Eldiven, tüm tıbbi ve cerrahi müdahalelerde batma ve yaralanma sonucunda oluşabilecek kazalarda sağlık personelinin viral kontaminasyondan (HBV, HCV, HDV, HSV, HIV) ve vücut sıvıları ile bulaşan hastalıklardan maksimum düzeyde koruma sağlama amacı ile üretilmiş olmalıdır.
- 2- Eldiven üç kat şeklinde 'Kopolimer Termoplastik Elastomer' den üretilmiş olmalı.
- 3- Eldivenin orta tabakasında numarasına göre 4-10gr. arasında değişen oranda ve mikro damlacık şeklinde dezenfektan ajan içeren biyosid bariyer olmalı. Biyosid bariyer kazaların sık görüldüğü parmak ucu ve avuç içini de kapsamalıdır.
- 4- Biyosid bariyer anlık etki gösterebilmesi için eldivenin orta tabakasına izole edilmiş; En üst düzeyde patojen koruma sağlamak, eşit şekilde ve özellikle iç kısımlara nüfuz etmesini engelleyecek teknoloji ile üretilmiş olmalı. Didesil-dimetil amonyum klorid, benzalkonyum klorid ve Klorheksidin diglukonat karışımlarını içermeli.
- 5- Uzunluğu minimum  $260 \pm 50$ mm, parmak uçlarındaki kalınlığı  $0.34 (\pm 2)$ mm, avuç içi kalınlığı  $0.30 (\pm 2)$  mm olmalıdır.
- 6- Pudra ve lateks içermemeli.
- 7- Gamma irradiation tekniği ile steril edilmeli.
- 8- İç paket üzerinde eldivenin hangi el için olduğu belirtilmeli ve steril eldiven giyim kurallarına uygun katlanmış orijinal paketinde olmalıdır.
- 9- Sızdırmazlık özelliği EN455-1 standardında, AQL ( Kabul Edilebilir Kalite Seviyesi) 0,10 standardında olmalıdır.
- 10- Tıbbi cihaz üretim sınıflandırmasına göre steril cerrahi eldivenlerin de dahil olduğu Sınıf IIA kategorisinde olmalı, içerdiği dezenfektan bariyerden dolayı ekstra risk oluşturmamalıdır.
- 11- İstenen numunelerden en az birer(1) kutu numune getirilmelidir.

End. Kart. Hıng.  
N. A. ALPTEKİN  
Jury