



T.C.  
AGRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ORTOPEDİ AMELİYATI (MUSA AVCI) İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/F maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 16.01.2019 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır,  
Mehmet İLBOĞA  
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	FEMORAL STEM	ADET	1		
2	ASETABULAR CUP	ADET	1		
3	ASETABULAR LİNER	ADET	1		
4	FEMORAL HEAD	ADET	1		
5	ASETABULAR VİDA	ADET	3		

GENEL TOPLAM (KDV HARİC):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kase

OLUR  
e-imzalıdır,  
Uzm.Dr.Hasan BALABAN  
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Filt olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borçkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agribale.gov.tr> e-posta adresi Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya veriliyorsa, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması.
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmamızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu sipariş çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 12) Firma UBB ve SUT kodlarını teklif üzerinde belirtmelidir. Belirtmediği takdirde teklif geçersiz sayılacaktır. Ayrıca UBB ve SUT kodları hatalı olan firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5 km Doğubayazıt/AGRI Telefon: 0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta: ddhsatinalma@gmail.com

## TOTAL KALÇA PROTEZİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Acetabular komponent TiAl6V4 veya CrCo Porous üzeri HA kaplı olmalıdır. Porous kaplama 180 micron mertebesinde üzerine uygulanan HA kaplaması da 80-120 micron mertebeleri arasında olmalıdır.
2. Acetabular cup vidaları 6,5mm çapında titanyum materyalinden üretilmiş olmalı ve vidalar self-tapping özelliğine sahip olmalıdır.
3. Acetabular cup vidaları 15 mm ile 60 mm arasında 5 mm.lik aralıklarla artan boylarda olmalıdır.
4. Acetabular cup insertleri (UHMWPE) 22 mm, 28 mm, 32mm ve 36mm'lik headlerle kullanılacak ve nötral 10 derece ve 20 derece ofset opsiyonlara sahip olmalıdır.
5. Acetabular cup insertleri (Seramik) 32mm ve 36mm'lik BIOLOX DELTA seramik headlerle kullanılabilir.
6. Acetabular cup insertleri BIOLOX Delta Seramik özelliği taşımalıdır.
7. Acetabular cup press-fit özelliğe sahip olmalıdır.
8. Acetabular cupı sabitlemek için üzerinde kapalı bulunan ve gerektiğinde açılabilen 3 adet vida deliği olmalıdır.
9. Acetabular cup seramik liner ve polietilen liner ile kullanılabilir.
10. Acetabular komponentler çevresindeki oval çıkıntılar sayesinde rotasyon önleyici özelliğe sahip olmalıdır.
11. Acetabular component çakıcıları acetabulum içerisinde rotasyonu ayarlayabilir.
12. Acetabular component 38mm'den başlayıp 66mm.'ye kadar 2'şer büyüyen boylarda olmalıdır.
13. Polietilen insertler 0 derece, 10 derece ve 20 derece offset opsiyonlarına sahip olmalıdır.
14. Komponentler DKÇ kalçalar için uyumlu olmalıdır
15. Femoral komponentin sementli sementsiz seçenekleri, sementli yakalıklı ve sementli yakaliksiz ,sementsiz yakalıklı sementsiz yakalıklı seçenekleri bulunmalıdır.
16. Femoral component CoCr malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
17. Femoral komponentin 9mm ile 16 mm arasında 1mm.lik şkalalarla büyüyen boyları bulunmalıdır.
18. Displazik kalçalar için uygun seçenekleri bulunmalıdır.
19. Femoral komponentler cementli (cemented) ve cementsiz (cementless) kullanıma uygun olmalıdır.
20. Cementsiz femoral komponentler 2/3'ü porous üzeri HA kaplamalı olmalı ve press-fit özelliğe sahip olmalıdır.
21. Femoral komponentin proksimal kısmı köşeli kesitli, distal kısmı ise yuvarlak kesitli olmalıdır.
22. Femoral stemin distali mermi uçlu yuvarlatılmış olmalıdır.
23. Femoral stemlerin boyun bölgesi parlatılmış olmalıdır.
24. Protezler gamma radyasyon ile steril edilmiş olmalıdır.
25. İSTEKLİ FİRMALAR İHALEDEN 1 SAAT ÖNCESİNDE MAZEMENİN ŞARTNAMEYE UYGUNLUK ALMALARI GEREKMEKTEDİR UYGUNLUK ALMAYAN FİRMALARIN TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR

Dogubasari Devlet Hastanesi  
Op. Dr. ERDOĞAN  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. No: 15581  
Dip. Tesli No: 127/89

Acetabular Cup				
Acetabular Liner UHMWPE				
Acetabular Liner Seramik				
Femoral Head CrCo		28MM	32MM	36MM
Femoral Head BIOLOX DELTA		22MM	32MM	36MM
Femoral Stem Çimentosuz				
Vida				
Femoral Stem Çimentolu				

Plug  
Centerelizer

Doğruyurt Devlet Hastanesi  
Op.Dr. ERDOĞAN  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Ort. No: 15521 Ort. Tescil No: 27159