

RADYOFREKANS CİHAZI KONKA PROBU (700462)

1. Problar hastanemizde bulunan cihaz ile uyumlu olmalıdır.
2. Konka hipertrofilerinde kullanılmak üzere, konka anatomisine uygun ve düz olarak imal edilmiş olmalıdır.
3. Çatal şeklinde çift iğne uçlu, iğne uçlarının 5mm lik dip bölümü doku hasarına ve mukozaya zarar vermeyecek şekilde ince siyah izoleli olmalıdır.
4. Doku içinde kalan aktif uçlar ise 10mm uzunluğunda ve bipolar olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
5. Problar 134°C de buhar otoklavında steril edilerek kullanılabilir.
6. Probu tamamı paslanmaz metalden imal edilmiş olmalıdır. Ancak probun tutulduğu bölüm akımı iletmemeli, sadece 10mm lik aktif bölümden enerji geçişi olmalıdır.
7. Toplam çalışma uzunluğu 110 mm olmalıdır.
8. Konka'ya girişi sırasında eğilip bükülmeleri önlemek için alet üzerinde ilave dirsek bulunmalıdır.
9. Prob ucu bipolar olmalıdır.
10. Ürün teslimatı esnasında cihaza uyumlu 1 adet 134 C buhar otoklavı'na dayanıklı kablo verilmelidir.

Uzm.Dr.Murat BENZER
Kulak Burun Boğaz
Dip.Tes.No:14520
Patnos Devlet Hast.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZ KBB POLİKLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM İŞİ

22.01.2019

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Uzm.Dr.Burak ÇAPACI
Başhekim V.

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARİÇ)
1	RADYO FREKANS CİHAZI KONKA PROBU(700462)	1	ADET		
	TOPLAM				

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **24.01.2019 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZI İLE) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEMEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 8 TEKLİF EDİLEN MALZEMELER EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE HASTANEMİZ SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLMELİ

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184
FAX: 0472 616 1168
E-MAIL: patnosdh@hotmail.com