

T. C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/10  
Konu : Malzeme Alımı

30/02/2019

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 2 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 30/02/2019 tarih ve saat 16:00'e kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

| SIRA NO | MALZEME ADI             | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT |
|---------|-------------------------|-------|--------|-------------|--------------|
| 1       | KASET/BLOK ARŞİV DOLABI | ADET  | 5      |             |              |
| 2       | LAM ARŞİV DOLABI        | ADET  | 5      |             |              |
| TOPLAM  |                         |       |        |             |              |

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

## LAM ARŞİV DOLABI

1. Sağlam paslanmaz metalden yapılmış olmalıdır.
2. Fırınlı boya ile boyanmış olmalıdır.
3. Standart Gri metalik renkli olmalı, istek halinde farklı renklerde de olabilmelidir.
4. Boyanmış lamaları arşivlemek amacı ile üretilmiş olmalıdır.
5. 10 üniteli olmalı her bir ünite 12 çekmece olmalıdır.
6. Bir dolap en az 25.000 Lam arşivleme kapasitesine sahip olmalıdır.
7. TSE Belgesine sahip olmalıdır

**Uzm. Dr. M. Yasin SAĞLAM**  
**Patoloji Uzmanı**  
**Dip Tesc. No: 123456**  
**Ağrı Devlet Hastanesi**

## KASET/BLOK ARŞİV DOLABI

1. Sağlam paslanmaz metalden yapılmış olmalıdır.
2. Fırınlı boya ile boyanmış olmalıdır.
3. Standartı Gri metalik renkli olmalı, istek halinde farklı renklerde de olabilmektedir.
4. Bloklanmış Doku Takip kasetlerini arşivlemek amacı ile üretilmiş olmalıdır.
5. 10 üniteli olmalı her bir ünite 12 bölmeli 1 çekmece olmalıdır.
6. Bir dolap en az 5.000 kaset arşivleme kapasitesine sahip olmalıdır.
7. TSE Belgesine sahip olmalıdır.

**Uzm. Dr. M. Yasin SAĞLAM**  
**Patoloji Uzmanı**  
**Dip Tesc. No: 123903**  
**Ağrı Devlet Hastanesi**