

T. C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/13  
Konu : Malzeme Alımı Hk.

30/01/2019

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 3 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 01/02/2019 tarih ve saat 16:00'e kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	KUM TORBASI	SET	1		
2	PARALEL BAR	ADET	1		
3	HOTPACK KAZANI	ADET	1		
TOPLAM					

**Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe**

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

## PARALEL BAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz yürüme rehabilitasyonu amaçlı kullanıma uygun ve metal olmalıdır.
2. Paralel barın; uzunluğu 3mt (+/-10cm) olmalıdır.
3. Paralel barın; yan barların yüksekliği her hastaya uygun olacak şekilde birbirinden bağımsız olarak 70 – 105cm (+/-1cm) arasında en az 10 kademe olarak ayarlanabilir olmalıdır.
4. Yükseklik ayar mekanizması pimli ve çekmeli yaylı çek bırak sistem olmalıdır. Vidalı veya düz geçme şeklinde stabil olmayan mekanizmalar olmamalıdır.
5. Paralel barın; genişliği her hastaya uygun olacak şekilde 54-80cm (+/-1cm) arasında ayarlanabilir olmalıdır.
6. Paralel bar yere sabitleme materyalleri ile sabitlemeden dengede durabilecek ve hastaların egzersizlerini yapabilecek yapıda ve sağlamlıkta olmalıdır.
7. Paralel barın; zemini ahşap olmalıdır.
8. Paralel barın; her iki başında rampa olmalı, rampalar 14cm (+/-1cm) olmalıdır.
9. Paralel bar malzeme, üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz servis ve bakım garantisine sahip olmalıdır.

Agm Uzmanı  
Uzm. Dr. Abdurrahman KAYAN  
Dp. Tes. No. 114488  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hizmetleri Genel Müdürlüğü

## KUM TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Kum torbaları fizik tedavi rehabilitasyon kullanıma uygun olmalıdır.
- 2) Kum torbaları her hasta kol ve bacağına uygulanabilmesi için ayarlı bir velkro sistemine sahip olmalıdır.
- 3) Kum torbaları çabuk deforme olmayan sağlam bir kumaşla kaplanmış olmalıdır.
- 4) Bir set içinde aşağıdaki miktarlarda ve ağırlıklarda kum torbası olmalıdır.

- 0.5 kg 'lık 1 adet
- 1 kg 'lık 1 adet
- 1.5 kg'lık 1 adet
- 2 kg 'lık 1 adet
- 2.5 kg'lık 1 adet
- 3 kg'lık 1 adet
- 4 kg'lık 1 adet
- 5 kg'lık 1 adet

- 5) Üretim hatasına karşı en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.

- 6) Kontrol ve kabul Anabilim Dalımız tarafından belirlenen teknik personelce, sistem ile eklerinin rutin çalışma şartlarında firmanın ve anlaşmadaki hak ve sorumlulukları da göz önüne alınmak suretiyle denenmesinden sonra yapılacaktır.

UZ. DR. MUTLUVEL EROGLU  
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  
Dip. Tes. No: 121072  
Beylikdüzü Hastanesi

UZ. DR. ABUZEL KAYAR  
Dip. Tes. No: 11466  
Beylikdüzü Hastanesi

## HOT PACK CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz, 220 V, 50 / 60 Hz. şehir cereyanı ile çalışmalıdır.
2. Cihazın içi, dışı ve kapağı komple paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Cihazın su ısıtma gücü en az 1500 Watt olmalıdır.
4. Tank kapasitesi en az 130 litre olmalıdır.
5. Cihaz, çift termostatlı olmalı birinci termostat pedlerin ideal klinik sıcaklık değerinde (71-74°C) tutulmasını sağlamalıdır. Sıcaklık herhangi bir nedenle 82-84°C ye çıktığında devreye giren ikinci termostat rezistansa giden akımı kesmelidir. Termostatlar fabrika kalibrasyonlu olmalıdır. Bu husus katalog ile belgelenmelidir.
6. Cihaz, ısı kaybını önlemek ve enerji tasarrufu sağlamak için fiberglas yalıtıma sahip olmalıdır.
7. Cihazla birlikte verilen ped özellikleri şu şekilde olmalıdır:
  - I. Pedlerin içinde silikattan ve zehirsiz organik kimyasal maddelerden oluşmuş ısıyı muhafaza edici jel bulunmalıdır.
  - II. Pedler, küflenmeye dayanıklı ve anti-bakteriyel özelliğe sahip özel bir sentetik kumaşla kaplanmış olmalıdır.
  - III. Pedlerin iç materyali dikişli bölmelerle pedin tüm yüzeyine eşit olarak dağıtılmış olmalıdır.
8. Cihazın içinde pedleri takmak için paslanmaz çelik askılık bulunmalıdır. Bu dahili çelik askılık cihaz temizlenirken çıkartılabilmelidir.
9. Cihaz tekerlekli olmalı bu sayede kolayca taşınabilmelidir.
10. Cihazın yan tarafına monte edilebilen ve ultrason jelinin ısınmasını sağlayan ve bu sayede ultrasound uygulamasında hasta konforunu

Uzm. Dr. Abdulkerem KAYMAK  
Dip. No: 11.448  
10.10.2018

arttıran jel ısıtıcısı olmalıdır. Bu husus cihazın katalođu ile belgelenmelidir.

- 11.Cihazla birlikte cihazın yan tarafına monte edilen hot pack pedlerinin hazırlanmasını kolaylařtıran orijinal, elik malzeme sehpası olmalıdır. Bu husus cihazın katalogu ile belgelenecektir.
- 12.Cihazın elektriksel gvenlik Class 1, Tip B ve EN 60601-1 olmalı bu husus kataloglar ile belgelenmelidir.
- 13.Cihaz pedlerin ideal klinik kullanım sıcaklıđı olan (71-74°C) ye 8 saat iinde ulařabilecek ısıtma gcne sahip olmalıdır. Bu husus kataloglar ile belgelenmelidir.
- 14.Cihazın st kapađı menteřeli olmalı bu sayede rahat aılıp kapatılmalıdır.  
CİHAZLA BİRLİKTE AŐAĐIDAKİ MALZEMELER VERİLMELİDİR. •
  - I. 25x30 cm lik hot pack pedi 12 adet
15. Cihazın su sıcaklık ayarı ve diđer kullanım ayarları dijital gstergeli ekrandan yapabilmelidir.

UZ. DR. MURUVET EROĐLU  
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  
Mes. No: 421072  
Doktor MURUVET EROĐLU

UZ. DR. ALI AKER KAVRAN  
Mes. No: 11498  
Doktor ALI AKER KAVRAN