

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

1-2. Kalem: EKG ELEKTRODU (PEDIATRİK-ERİŞKİN)

1. Değişik markalardaki EKG cihazlarında kullanıma uygun olmalıdır.
2. Çocuk ve erişkin olarak iki ayrı boyu olmalıdır.
3. Erişkin boyu 6 cm ± 0,5 cm, çocuk boyu 2.5 cm ± 0,5 cm ebatlarında olmalıdır.
4. Tek kullanımlık olmalıdır.
5. Cilde yapışan kısmı 1-2 kez ciltten ayrıldıktan sonra tekrar yapışabilmelidir.
6. Elektrodun iç yüzeyi uzun süreli kullanım amacına yönelik olarak ekstra güçlendirilmiş yapışkan içermelidir.
7. Hipoallerjen, apirojen olmalı,yapışkan materyali toksik olmamalıdır.
8. Elektrod ciltle temas ettiği bölgenin hava alabilmesine imkan vermelidir.
9. Yumuşak ve esnek olmalı, vücut kıvrımlarına uyum sağlamalıdır.
10. Elektrot kullanılacak sahaya tüm yüzeyi ile birlikte yapışmalı, yapıştırıldığı yerden kolayca çıkarabilmek için kenarında yapışkan olmayan, elle tutulacak kısmı olmalı, gerektiğinde bu kısmın üzerindeki tabaka da çıkarılarak elektrod tamamen vücuda yapışabilmelidir.
11. Kullanılan yapışkan materyal kaliteli olmalı, insan cildine iyi ve sıkı yapışmalı, kısa sürede yapıştırıldıkları bölgelerden çıkmamalıdır.
12. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibari ile en az 2 (iki) yıl olmalıdır.  
Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dilek AKCEL  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Uzman

Elz.Kemal Demirhan  
Kutay

Caner Demirek  
Adı