



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Başhekimliği



SAYI :
KONU : Mal Alımı Hk.



Teklif Davet

Mad.1

Sağlık Tesisimizde Kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan 12 AYLIK PERİYODİK TIBBİ CİHAZ BAKIM ONARIM TEKNİK SERVİS HİZ.AL.M. işi 4734 Sayılı Kamu İhale kanununun 22-d maddesi kapsamında alınacak olup, Söz konusu hizmet için KDV Hariç birim ve toplam fiyatını 06.02.2019 tarih ve saat 10:00 a kadar/ 0472 711 4963 numaralı faksa / satinalmaeleskirtdh@gmail.com mal adresine / posta yolu ile yada şahsen elden belirtilen adreslerden birine bırakmanız yada göndermeniz hususunu; Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İş Müdürü

Sıra No	Malzeme Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	65 KALEM TIBBİ CİHAZ AYLIK PERİYODİK BKM.ONRM. TEKNİK SERVİS HİZ.AL.M.	12	PERİYODİK/AY		
2					
3					
KDV HARIC TOPLAM TUTAR					

NOT: Teknik Şartname 6 sayfadır	Firma/ Kurum Kaşe / İmza
---------------------------------	-----------------------------

- M.2 İdarenizce doğrudan temin usulü ile 06.02.2019 tarih ve saat 10:00 da 12 AYLIK PERİYODİK TIBBİ CİHAZ BAKIM ONARIM TEKNİK SERVİS HİZ.AL.M. işine ait dökümanı oluşturan bütün begeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla tarafımızdan kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıda hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
- M.3 Eksik doldurulan üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- M.4 Teklifler en geç 06.02.2019. GÜNÜ SAAT 10.00 kadar 1 maddede yazılı bulunan adreslere gönderilmesi veya şahsen elden bırakılması gerekmektedir..
- M.5 Teklif Fiyatına işin sigortası, nakliyesi ve diğer tüm giderleri dahil edilecektir.
- M.6 Teklifler (Rakam ve Yazı ile) Kdv hariç veilecektir.
- M.7 Tekliflerinde tarih, imza ve kaşesi eksik görülen isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
- M.8 .Faks veya Mail yolu ile gönderilen tekliflerin aslarında İdaremiz Satınalma birimine ulaştırılacaktır.
- M.9 Teklifleri ile birlikte numune istenilmesi halinde numunesi olmayanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
- M.10 .Teklif edilen fiyatların geçerliliği (opsiyon) teklif tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün olacaktır.

ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ
TEL. :0 472 711 41 42/ DAH.1114
FAKS. 0 472 711 49 63
E.Mail :satinalmaeleskirtdh@gmail.com



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İLİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
2019 YILI 12 AYLIK PERİYODİK TIBBİ CİHAZ BAKIM ONARIM
TEKNİK SERVİS HİZMET ALIM İŞİNE AİT
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU:** Bu teknik şartname **ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ** Envanterinde bulunan 65 Kalem tıbbi cihazların Aylık Periyodik bakım ve onarım hizmetlerinin yapılması işidir.
- TANIMLAR:**
- Tıbbi Cihazlar:** T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Tıbbi Cihaz yönetmeliğinde yer alan ve **ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ** sağlık tesislerinde kayıtlı bulunan cihazlardır.
- Periyodik Bakım:** Belirtilen sürelerde, tıbbi cihazların üretici firmaların öngördüğü ve uluslararası standartlara göre bakım işi,
- Yedek Parça:** Ait olduğu ana cihazın fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesi, aslının bozulmaması ve bütünlüğünün sağlanması için gerekli olan ve ana cihazla tam uyumlu çalışan her türlü elektrik,elektronik,mekanik,cam,kompozit,deri,plastik,lastik ve tekstil ürünü parçadır.
- Arıza:** Herhangi bir zamanda cihazın herhangi bir fonksiyonunun nitelik veya nicelik olarak belirlenen normların altına düşmesi, cihaz veya aksesuarın fonksiyonlarını yerine getirememesi, sonuçların istenilen düzeyde ve doğru elde edilememesi, gibi konuları kapsamaktadır.
- Bakım:** Cihazda meydana gelebilecek arızaları önlemek, verimliliği artırmak, arıza ihtimalini azaltmak, sistemin ömrünü uzatmak ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, yüklenici firma tarafından sistemin yapısına uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklara la periyodik olarak yapılan temizleyici, koruyucu ve düzeltici nitelikte gerektiğinde parça değişimini ve monte etmeyi kapsayan işlemlerdir.
- Onarım ve Tamirat:** Cihazın fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesine engel olan hususun ortadan kaldırılması faaliyetlerinin tümüdür.
- Bakım Onarım Formu:** Yüklenici tarafından yapılan işlemlerin tamamının yazıldığı yüklenicinin ve faaliyeti gerçekleştiren çalışanların bilgilerinin bulunduğu form,
- Malzeme:** Cihazların bakım ve onarımı esnasında gerekli olan her türlü sarf, bakım kiti, bakım, temizlik ve koruyucu malzemeyi kapsar. Bu malzemeler, yüklenici tarafından cihaz üreticisinin belirlediği periyotlarda ücretsiz olarak sağlanacaktır.

11. PERİYODİK BAKIM ONARIM

12. Periyodik ve koruyucu bakımlar, her ayın 25-30 uncu günleri arasında düzenli olarak yapılacak ve firma bu dönem içinde hangi gün kuruma geleceğini gelmeden 1 iş günü öncesinde kuruma faks ile bildirecektir. Firma tespit edilen bu tarihi kurumun yetkili gözetim elemanının yazılı onayı olmaksızın değiştiremez
13. Yüklenici, her bir grup cihaz için standart bir Periyodik bakım programı hazırlayacak ve aylık periyodik bakımlar esnasında nelerin kontrol edileceğini başlıklar halinde önceden belirleyerek idareye yazılı olarak bildirecektir. Bu liste kurum gözetim elemanı ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış olmalıdır
14. Yüklenici firma, her 3 ayda 1 kez olacak şekilde bakım onarımını yaptığı tüm cihazların doğrulama işlemlerini bir kalibrasyon firmasına yaptıracak ve doğrulama formlarını idareye verecektir.
15. Yüklenici firma, arızadan dönen her bir cihaz için bir kalibrasyon firmasına kalibrasyonlarını yaptıracak ve cihazı yeni kalibrasyon sertifikasıyla birlikte idareye teslim edecektir.
16. Yüklenici, her bir cihaz için, üzerinde Cihazın Adı,Marka-Model,Seri NO ve Kullanıldığı birimin bilgilerinin yazılı olduğu "Cihaz Bilgi Kart" ı açacak ve bu karta cihaza yapılan periyodik bakımlar ve sair müdahaleler tarih ve kısa açıklama ile not edilecektir. Bu Cihaz Bilgi Kart ının ekinde bu birime ait Servis Form u bulunacaktır

17. DENETİM VE MUAYENE RAPORLARI

18. Yüklenicinin yaptığı bakımları gösteren rapor formunda yapılan uygulamalar net bir şekilde gösterilecektir. Bu form yüklenici ve hastane teknik veya servis sorumlu personelleri tarafından imza altına alınacaktır. Düzenlenen bu formların bir nüshası ilgili birimde, bir nüshası yüklenicide bir nüshasında fatura ile birlikte idare satınalmasına verilecektir.
19. Yüklenici teknik personeli sözleşmenin imzalandığı en fazla 3(üç) gün içerisinde idareye müracaat ederek hastane envanterinde bulunan ve uhdesinde kalan cihazların bakım planlarını hastane idaresiyle birlikte oluşturacaktır ve bu plan dahilinde bakım hizmeti yürütülecektir. Bu bakım planları hastane idaresince ve firma tarafından imza altına alınacaktır.
20. Bakım onarım sonrası her cihaz için ayrı ayrı, bakımı yapılan parametreler uygunluğuna göre check-list olarak kayıt altına alınarak teknik servis formlarında belirtilmelidir
21. Yüklenici, her bir grup cihaz için standart bir periyodik bakım programı hazırlayacak ve aylık periyodik bakımlar esnasında nelerin kontrol edileceğini başlıklar halinde önceden belirleyerek idareye yazılı olarak bildirecektir. Aynı zamanda ilk bakımdan sonra idarenin belirleyeceği personele eğitim verilecektir

22. CİHAZ BAKIM PROSEDÜRLERİ

23. Her cihaz ayda bir elden geçirilerek iç ve dış temizlikleri yapılacaktır.

24. TEKNİK İSTEKLER

25. Yüklenici meydana gelen arızayı kendisine gelen e-posta, telefon veya faks ile bildirildikten en geç 24 saat içinde müdahale etmek zorundadır. Bilgilendirme tarih ve saati olarak kurumun kayıtları esas alınır.

- cihazı 24 (yirmidört) saat içerisinde çalışır duruma getirecektir. Yedek parçayı idarenin tedarik edeceği durumlarda, bu süre parçanın tedarikinden itibaren 36 (otuzaltı) saati aşamaz. Parça dahil olanlarda, yedek parça yurt dışından getirilecekse bu süre kurumun arıza bildirim tarihinden itibaren 20 (yirmi) günü aşamaz.
27. Yüklenici tarafından temin edilen yedek parçalara en az 12 (on iki) ay garanti verilecektir. Bakım sözleşmesi sona erse bile garanti süresi içerisinde arızalanan yedek parça yüklenici tarafından ücretsiz değiştirilecektir.
28. Yüklenici cihazların bakım ve onarımında kesinlikle orijinal yedek parça kullanmak zorundadır. Orijinal yedek parça temini mümkün değilse yüklenici idarenin yazılı onayını almak zorundadır.
29. Değişecek yedek parçalar cihazın orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ve yapısını değiştirmeyecektir.
30. Değiştirilmesi gereken yedek parça için yüklenici teknik raporla idareye başvurup, idarenin onayını almak zorundadır.
31. Arızanın türüne bağlı olarak, cihazın yüklenici merkezine gönderilmesi gerektiğinde, bu durumda kesin karar idarenin olup, cihazın en geç 2 (iki) gün içerisinde sevk edilmesi gerekir. Cihaz firmaya verildikten sonra 10 iş günü içinde arıza giderilmelidir. Cihazın sevkiyatı ile ilgili her türlü masraf, sigorta (sigorta zorunlu değildir ancak cihazın nakliyesi sırasında doğacak her türlü zarar yüklenici tarafından karşılanacaktır) ve sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.
32. Periyodik bakımlar, hastanelerin belirlediği, hizmetin en az aksayabileceği gün ve saatlerde yapılacaktır. Periyodik bakımlar ve arıza ile ilgili bakım-onarım faaliyetleri kurumca aksi istenmedikçe, hafta içinde normal mesai saatleri (08.00-17.00) içerisinde yapılacaktır. Ancak, çok acil durumlarda ve bakım onarımın uzaması durumunda, hastanenin bilgisi ve isteği doğrultusunda bu süre aşılabılır.
33. Sistem, haftada 7 (yedi) gün (yirmi dört) saat kesintisiz çalıştırılacaktır. (Resmi tatil günleri ve hafta sonları dahil). Mesai saatleri dışında oluşabilecek arızalar için ekstra ücret talep edilemeyecektir.
34. Bakım ve onarım işlemi sonunda, cihazların çalışma performansı test edilecek ve cihazlar çalışır durumda teslim edilecektir. Cihazda fonksiyon kayıpları tespit edildiğinde bakım işlemi bitmemiş sayılır. Bakım onarım esnasında meydana gelebilecek her arızayı yüklenici ücretsiz karşılamak zorundadır.
35. Yüklenici, bakım-onarım işlemleri esnasında kendi personelinin ve/veya yükleniciye eşlik eden idare personelinin her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Oluşabilecek her türlü olay, durum, vb durumdan yüklenici sorumlu olacaktır.
36. Yüklenici, cihazların elektrik güvenlik testlerini her bakımda yapmak zorundadır ve test yapıldığını idare ibraz etmek zorundadır.
37. Cihazın arızası yukarıda belirtilen süreleri aşarsa ve/veya arızaya hiçbir şekilde müdahale edilmezse ve/veya arıza 1 (bir) ay gibi bir süre geçtiği halde onarılmamış olursa, arıza başka bir firmaya yaptırılacak ve faturası yüklenici firmanın hak edişinden kesilecektir veya yüklenici firma arıza giderilene kadar aynı seviyede yada daha üst seviyede bir cihazı yerine koyarak hizmetin aksamamasını sağlayacaktır.
38. Sözleşme süresi boyunca sözleşme kapsamındaki cihazların taşınması durumunda cihazların taşınma sonrası gerçekleştirilecek olan devreye alma (startup) söküm ve montaj işlemi yüklenici tarafından ücretsiz yapılacaktır.
39. Yüklenici, bakım onarım faaliyetini başka bir firmaya (alt yüklenici) devredemez.
40. İdare, yüklenici firmadan sözleşme süresi içerisinde herhangi bir zamanda yeterli görmediği personelin değiştirilmesini talep edebilir ve yüklenici firma bu taleplerin yerine getirilmesini sağlamak zorundadır.

41. KONTROL TEŞKİLATI:

42. Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi Birimini ve işin ihale dokümanları çerçevesinde usulüne uygun olarak yapıp yapılmadığını denetlemek ve kontrol etmek üzere idare tarafından görevlendirilen personel veya personelleri ifade eder.

43. GENEL HUSUSLAR

44. Türk Standartlar Enstitüsünden alınmış, geçerlilik süresi devam eden TS12426 ve TS12843 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve yine geçerlilik süresi devam eden TS-EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesine sahip olacaktır. Bu belgelerin aslı ya da noter onaylı sureti teklif fiyat ekinde sunulacaktır. Tekliflerini E.Mail ortamında gönderecek firmalar ise bu belgelerin asıllarını ve noter onaylı suretlerini iş uhdelerinde kalırsa sözleşme esnasında ibraz edecekler. Belgeleri eksik veya geçerlilik süresi olmayan firmanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
45. Yüklenici çalıştıracağı personelin isimlerini ve personele ait eğitim, deneyim, sertifika, diploma v.b. belgeleri işe başlamadan l(bir) iş günü Öncesinde idareye verecektir.
46. Yüklenici çalışanlarının defibrilatör, aspiratör, ventilatör . gibi cihazlara ait eğitim sertifikaları olacak ve bunları sözleşme imzalamadan idareye ibraz edecektir.
47. Yüklenici firma ileri teknoloji cihazlarının bakım/onarımını Türkiye yetkili servislerine yada üretici firmadan alınmış teknik eğitim sertifikasına sahip olan firmayla veya İlgili cihazlar için teknik bakım- onarım eğitim sertifikasını almış personele yaptırmak zorundadır. Yüklenici bu şartı kabul ve taahhüt edecektir. Yüklenici İlgili belgeler ve taahhüt belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
48. Yüklenici firma süre gelen dönemde mevcut isim listelerindeki değişiklikleri idareye 3(üç) iş günü içerisinde bildirilmiş olacaktır. Ve yeni başlayan personele ait belgeler; (eğitim, deneyim, sertifika, diploma v.b.) işe başlamadan önce idareye sunulacaktır. Yüklenici:
49. Yüklenici firma bünyesinde Tıbbi cihaz bakım onarım işi için Liselerin teknik bölümden mezun (elektrik-elektronik) düzeyinde tıbbi cihaz bakım onarım işinde deneyimli ve bunu sertifikalarla belgelendirecek personel bünyesinde işin süresince bulunduracaktır. Bu personelleri SGK Kayıtları ile belgelendirecektir. Bu isimleri sözleşme imzalamadan İdareye bildirecektir.
50. Yüklenici firma çalıştırdığı personellerinin yıllık izinli ve raporlu olması durumunda, mutlaka aynı nitelikte yeni bir personeli izin süresince bulundurmak zorundadır. Bu durumu da yazılı olarak Kontrol Teşkilatına mutlaka bildirmelidir.

AYLIK PERİYOK BAKIM ONARIM YAPILCAK TIBBİ CİHAZ LİSTESİ

SIRA NO	CİHAZ ADI	MARKA/MODEL	SN	MİKTAR	BİRİM	SERVİS
1	ASPIRATÖR CİHAZI	POLIVAC- BT/SLT		1	ADET	DİYALİZ SERVİSİ
2	HASTABAŞI MONİTÖR	BLT ANY VIEW A5	A044E003192	1	ADET	DİYALİZ SERVİSİ
3	EKG	CARDIOLINE	150A	1	ADET	DİYALİZ SERVİSİ
4	TANSİYON ALETİ(YETİŞGİN)			3	ADET	DİYALİZ SERVİSİ
5	HP-DEFİBRİLLATOR	CODEMASTER	3727A11716	1	ADET	DİYALİZ SERVİSİ
6	ATEŞ ÖLÇER	MICROLİFE	461700610	1	ADET	DİYALİZ SERVİSİ
7	GLUKOMETRE	ON CALL PLUS	103L1266653	1	ADET	DİYALİZ SERVİSİ
8	OKSİJEN MONOMETRİSİ	PLASTİ MED		7	ADET	DİYALİZ SERVİSİ
9	HASTABAŞI KST CİHAZI VAKUMLAR	PLASTİ MED		7	ADET	DİYALİZ SERVİSİ
10	HASSAS TERAZİ	DENSİ	1096	1	ADET	DİYALİZ SERVİSİ
11	FİLM BASKI MAKİNASI	KODAK DRY VIEW 5800 LASER IMAGER		1	ADET	RÖNTGEN
12	EKG	CARDIOLİNE	7651502	1	ADET	DAHİLİYE SERVİSİ
13	DEFİBLİRATÖR	LİFE POINT	PLUS	1	ADET	DAHİLİYE SERVİSİ
14	TANSİYON ALETİ(YETİŞGİN)	ERKA		1	ADET	DAHİLİYE SERVİSİ
15	SATÜRASYON	MED CARE	B0AD10021057	1	ADET	DAHİLİYE SERVİSİ
16	ŞEKER AKTİ	ON CALL PLUS	103U25A611	1	ADET	DAHİLİYE SERVİSİ
17	HASTABAŞI MONİTÖR	PAKİLENT	A044E003196	1	ADET	DAHİLİYE SERVİSİ
18	NEBÜLİZATÖR	NOVELA	1109006047	1	ADET	DAHİLİYE SERVİSİ
19	DEFİBLİRATÖR	LİFE POINT	PLUS/17350003	1	ADET	ACİL SERVİS
20	EKG CİHAZI	CARDIOLİNE	7651567	1	ADET	ACİL SERVİS
21	EKG CİHAZI	COMENCM600	60121110036C	1	ADET	ACİL SERVİS
22	HASTABAŞI MONİTÖR	BLT AMYWİEWA5	0444E003197	1	ADET	ACİL SERVİS
23	OKSİJEN MONOMETRİSİ	PLASTİ MED		11	ADET	ACİL SERVİS
24	HASTABAŞI KST CİHAZI VAKUMLAR	PLASTİ MED		11	ADET	ACİL SERVİS
25	PORTATİF ASPIRATÖR	VACUMSOL/AS-60/H	1627H-01/07	1	ADET	ACİL SERVİS
26	HASTABAŞI MONİTÖR	PLUSMED/PLUS 9000A		1	ADET	ACİL SERVİS
27	SEYYAR ASPIRATÖR	ÜZÜMCÜ NOVELA	2016-084	1	ADET	ACİL SERVİS
28	YETİŞGİN TANSİYON ALETİ	ERKA		1	ADET	ACİL SERVİS
29	ÇOCUK TANSİYON ALETİ	ERKA		1	ADET	ACİL SERVİS
30	DRİVESAFE ALKOLMETRE	2015.09		1	ADET	ACİL SERVİS
31	SATÜRASYON CİHAZI	NELCOR /OXİMAX	P1480699	1	ADET	ACİL SERVİS
32	SOĞUK BUHAR	MEDİZEN /HİKONEB	8702	1	ADET	ACİL SERVİS
33	NEBÜLİZATÖR	OMRON/MESLİFE		1	ADET	ACİL SERVİS
34	HASTABAŞI MONİTÖR	GE B30	SF311334301WA	1	ADET	ACİL SERVİS
35	EKG CİHAZI	CARDIOLİNE AR2100VIEW	7651507	1	ADET	ACİL SERVİS
36	NST CİHAZI	ÜZÜMCÜ		1	ADET	DOĞUMHANE SERVİSİ
37	İŞİTME TESTİ CİHAZI	OTOMETRİ CS	357615	1	ADET	DOĞUMHANE SERVİSİ
38	ASPIRATÖR CİHAZI	ÜZÜMCÜ	NS-25	1	ADET	DOĞUMHANE SERVİSİ
39	RADYAN ISITICI			1	ADET	DOĞUMHANE SERVİSİ
40	EL DOBLERİ	50 NİCAİDGNE	CF24-5HN	1	ADET	DOĞUMHANE SERVİSİ
41	BEBEK TARTISI			1	ADET	DOĞUMHANE SERVİSİ
42	OKSİMETRE			1	ADET	DOĞUMHANE

43	YETİŞGİN TANSİYON ALETİ	ERKA		2	ADET	DOĞUMHANE SERVİSİ
44	BEBEK TANSİYON ALETİ	ERKA		1	ADET	DOĞUMHANE SERVİSİ
45	GLUKOMETRE			1	ADET	DOĞUMHANE SERVİSİ
46	HASTABAŞI MONİTÖR	BLT ANY VIEW A5	A044E003190	1	ADET	DOĞUMHANE SERVİSİ
47	BOY ÖLÇERLİ TARTI			1	ADET	DOĞUMHANE SERVİSİ
48	TRANSPORT KÜVEZ	MAGIC LOGGIA	ML.1401050122	1	ADET	DOĞUMHANE SERVİSİ
49	BEBEK KÜVEZİ	BABY NEST 1-700	IBNI.2634.12.14	1	ADET	DOĞUMHANE SERVİSİ
50	HASTABAŞI MONİTÖR	PETAŞ CARDİOPED	1.128.600	1	ADET	EVDE BAKIM
51	KÜVÖZ	BABY NEST 1-700	KV7007278-300	1	ADET	DEPO
52	KÜVÖZ	OLİDEF CZ INCUBADORA	08 D 16	1	ADET	DEPO
53	EKG CİHAZI	PLUSMED PMECG-1200 SMART	SE12002B020825	1	ADET	DEPO
54	EKG CİHAZI	CARDİOLİNE AR2100VIEW	7651507	1	ADET	EKG ODASI
55	OTOKLAV	LİSA	20021	1	ADET	DİŞ POLİKLİNİĞİ
56	PAKETLEME CİHAZI	GÜNDEM	M31603300X3	1	ADET	DİŞ POLİKLİNİĞİ
57	HASTABAŞI MONİTÖR	PLUSMED	2013/HUDUT0999	1	ADET	ÇOCUK SERVİSİ
58	HASTABAŞI MONİTÖR	BLT ANY VIEW A5	A044E003194	1	ADET	ÇOCUK SERVİSİ
59	FOTOTERAPİ CİHAZI (TAŞINABİLİR)	CARE BLUE	N-0013	1	ADET	ÇOCUK SERVİSİ
60	FOTOTERAPİ CİHAZI (TAŞINABİLİR)	CARE BLUE	N-0014	1	ADET	ÇOCUK SERVİSİ
61	OTOSKOP (TAŞINABİLİR)	KAWEMED CENTER 5000		1	ADET	ÇOCUK POLİKLİNİĞİ
62	BEBEK TANSİYON ALETİ	ERKA		1	ADET	ÇOCUK POLİKLİNİĞİ
63	BEBEK TARTISI			1	ADET	ÇOCUK POLİKLİNİĞİ
64	ATEŞ ÖLÇER	MİCROLİFE		1	ADET	ÇOCUK POLİKLİNİĞİ
65	YETİŞGİN TANSİYON ALETİ	ERKA		1	ADET	DAHİLİYE POLİKLİNİĞİ

30.01.2019

Erkan KAHRAMAN
Acil Serv. Sorm

Filiz GÜVEN
Kalite Kontr. Birim Sormr

Hümeyra ASLAN
Ebe/Doğumhane Sorm

Ergül YAMAN
Hemş./Diyaliz Sorm.

Yeşim TEKTAŞ
Hemş/Dahilye Serv Sorm

Not: Teknik Şartnamemiz 6 Sayfadan İbaredir.