



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Başhekimliği



SAYI :
KONU : Mal Alımı Hk.



Teklif Davet

Mad.1 Sağlık Tesisimizde Kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan BUHAR CİHAZ alım işi 4734 Sayılı Kamu İhale kanununun 22-d maddesi kapsamında alınacak olup, Söz konusu hizmet için KDV Hariç birim ve toplam fiyatını 22.02.2019 tarih ve saat 10:00 a kadar/ 0472 711 4963 numaralı faksa / satinalmaeleskirtdh@gmail.com mal adresine / posta yolu ile yada şahsen elden belirtilen adreslerden birine bırakmanız yada göndermeniz hususunu;
Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İş Müdürü

Sıra No	Malzeme Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	BUHAR CİHAZI	5	ADET		
2					
3					
KDV HARIC TOPLAM TUTAR					

NOT: Teknik Şartname 1 sayfadır

Firma/ Kurum
Kaşe / İmza

- M.2 İdarenizce doğrudan temin usulü ile 22.02.2019 tarih ve saat 10:00 da BUHAR CİHAZ alım işine ait dökümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş,okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla tarafımızdan kabul edilmiştir.Doğrudan temin usulü ile yapacak alıma ilişkin olarak aşağıda hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
- M.3 Eksik doldurulan üzerinde kazıntı ,silinti veya düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- M.4 Teklifler en geç 22.02.2019. GÜNÜ SAAT 10.00 kadar 1 maddede yazılı bulunan adreslere gönderilmesi veya şahsen elden bırakılması gerekmektedir..
- M.5 Teklif Fiyatına işin sigortası,nakliyesi ve diğer tüm giderleri dahil edilecektir.
- M.6 Teklifler (Rakam ve Yazı ile) Kdv hariç veilecektir.
- M.7 Tekliflerinde tarih, imza ve kaşesi eksik görülen isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
- M.8 .Faks veya Mail yolu ile gönderilen tekliflerin asıllarında İdareміz Satınalma birimine ulaştırılacaktır.
- M.9 Teklifleri ile birlikte numune istenilmesi halinde numunesi olmayanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
- M.10 .Teklif edilen fiyatların geçerliliği (opsiyon) teklif tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün olacaktır.
- M.11 Firmalar tarafından teklif verilecek ürünlerin görsel ve özelliklerini gösteren katalog veya numunelerini tekliflerin ekinde sunacaklardır.Teklif değerlendirmeleri fiyat + verilecek ürün özellikleri göz önünde bulundurulacaktır.Numune veya katalog vermeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

TEL. :0 472 711 41 42/ DAH.1114

FAKS. 0 472 711 49 63

E.Mail :satinalmaeleskirtdh@gmail.com



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İLİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
5 ADET BUHAR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Buhar cihazları, sıvıların ve solüsyon formundaki ilaçların buharlaştırılarak, hasta tedavisinde kullanılmasını sağlamalıdır
- 2-Sıvıların buhara dönüştürülmesinde, ısıtma tekniği yerine frekans kullanmalıdır
- 3- Mikroprosesörlü elektronik sistem tarafından oluşturulan frekanslar, piezoseramik kristal vasıtası ile mekanik titreşimlere dönüştürebilmelidir.
- 4-Bu titreşimler sayesinde kavanoz içerisindeki sıvı ısıtılmadan buharlaşmalı
- 5- Ayrıca cihaz içerisinde bulunan bir fan, dış ortamdan havayı çekmeli ve sıvı kabına vermelidir.
- 6-Sıvı kabı içerisinde sürekli oluşan buhar, bu hava basıncı ile dışarıya ulaştırmalı ve hortum vasıtası ile hastaya uygulanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1-VOLTAJ 230 VAC±%10, 50 Hz
- 2-GÜÇ 40 W
- 3-OSİLATÖR FREKANSI 1,68 MHz ±%5
- 4-PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ 0,5 - 6 µm
- 5-NEBULİZASYON KAPASİTESİ 0-5 ml/dk ±%10
- 5-HAZNE KAPASİTESİ 300 ml (Maksimum)
- 6-AĞIRLIK < 3 kg
- 7-ÇALIŞMA SICAKLIĞI 10°C ~ 40°C
- 8-DEPOLAMA SICAKLIĞI 10°C ~ 40°C

Dr.F.Pelin BÜYÜKGÖZ
Pratisyen Hekim

Uzm:Dr.Sema KILIÇ
Uzm.Aile Hekimi

Uzm.Dr.Halit BAY
Çocuk Sağ. Uzman

Erkan KHARAMAN
Acil Servis Sorm