

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 73
Konu : Malzeme Alımı Hk.

01/03/2019

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 3 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 04/03/2019 tarih ve saat 11:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	JACKSON PRATT DREN	ADET	50		
2	TUR LOOP	ADET	2		
3	İPLİK POLİGLAKTİN	ADET	600		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

1. kez

JACKSON PRATT DREN

- 1- Dren lerin içi oluklardan oluşturulmuş, uygulandığı doku içinde kolay drenaj yapabilecek özellikte, uç kısımları da kolay tıkanmayacak şekilde delikli olmalıdır.
- 2- Çift drenli ve Y konektörlü olmalıdır. Drenlerin çapı 10mm – 7 mm olmalıdır. Silikon bağlantı hortumu ile rezervuara bağlanabilmelidir.
- 3- Bomba rezervuar 100- 200 cc olmalıdır. Rezervuarda sıvıyı boşaltmak amacıyla açılır kapanır kapak olmalıdır.
- 4- Rezervuar bomba tipi olmalıdır. Üzerinde derecelendirmeler belirgin bir şekilde olmalıdır.
- 5- Bomba tip rezervuarın en az 2 çıkışı olmalıdır. Birisi tahliye deliği olmalıdır sıvının rezervuara girişinin olduğu delik de geri kaçmayı önleyici valf bulunmalıdır.
- 6- Uygulandığı doku içinde kolay drenaj sağlamalı ve dren silikon olmalıdır.
- 7- Her bir parça steril tek poşetlerde olacaktır.
- 8- Malzeme depo teslim tarihinden itibaren 2 yıl miyatlı olacaktır.
- 9- Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Op. Dr. Muhammed KAYA
Genel Cerrahi Uzmanı
Uzm. Teş. No: 66274
Acil Devlet Hastanesi

2.6

TUR LOOP

1. GyrusAcmi marka Plazmakinetik Tur sistemine uyumlu olmalıdır.
2. Plasmakoronosu yaratarak dokuları hızla ayırmalıdır.
3. Tak çalıştır prensibi ile enstrüman jeneratör tarafından tanınabilmelidir.
4. Saline (%0.09 serum fizyolojik) ortamında çalışmalıdır.
5. Düşük ısı yayılımı ile dokuları derin desikkasyondan korumalıdır.
6. Hiponatremi riskini elminine etmelidir
7. Operasyonun başından sonuna yumuşak kesme performansı göstermelidir
8. Kesici yüzey ince-geniş ve kalın-geniş olmalıdır.
9. Doku rezeksiyonundan sonra geride kalan kısmını da etkin hemostaz sağlamalıdır

Op. Dr. Nilgün KAYA
Genel Cerrahi Uzmanı
Uzm. Ter. No: 66274
Ağrı Devlet Hastanesi

Op. Dr. Bedrettin KALYENCI
Ağrı Devlet Hastanesi
Uroloji Uzmanı
Dip. Tes. No. 133779

J. K. H.

İPLİK POLİGLAKTİN 2.0 yuvarlak 20 ml

1-Malzeme içeriği ve kaplama Polyglactin olmalıdır.

2-28-30 gün doku desteği sağlamalıdır.

3- 21. gün gücünün yaklaşık % 50 , 56-70. gün yaklaşık % 0'ına sahip olmalıdır.

4-Raf ömrü en az 3 yıl olup, son kullanma tarihi poşetlerin üzerinde yazılı olmalıdır.

5-Beher poşet üzerinde malzeme ile ilgili bilginin yanı sıra 1/1 ölçeğinde iğnenin profil resmi basılı olmalıdır.

6-Beher poşet üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı ürün katalog numarası, ürün tanıtımı, sterilizasyon şekli basılı olmalıdır.

7-Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8-Düğüm emniyeti yüksek olmalıdır. Düğüm sırasında sütür kopmamalıdır. Düğüm atma esnasında kopan sütürlar değerlendirme dışı bırakılıp tercih edilmeyecektir. Bu durum ilgili kliniklerin raporların doğrultusunda yapılacaktır. İğne dokudan geçerken dokuyu deforme etmemelidir.

9-Birim ambalaj: Kullanım anına kadar sterilitésinin korunmasını sağlayacak şekilde ambalaj içinde olmalıdır. Ambalaj, sütürün kıvrılmasını engelleyecek şekilde koruyucu poşet içinde olmalıdır.

10-Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır: Birim ambalajın bir köşesinde kolaylıkla açılmasını sağlayabilecek çentik olmalıdır.

11-Kutu ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır:

a-İmalatçı firmanın ticari adı ve/veya kısa adı

b-Sütürün kalınlığı (metrik ve USP olarak)

c-Sütürün uzunluğu

d-Sütürün rengi

d-Steril ibaresi, sterilizasyon metodu

e-Üretim ve son kullanma tarihleri

f-İçerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir

12-İhaleyi alan firma, sipariş mektuplarında talep edilen miktar ve özelliklerde ürün (0,1,2,3,4,5,6 ve keskin veya yuvarlak ve künt uçlu) getirebilmelidir

Op. Dr. Mustafa KAYA
Genel Cerrah Uzmanı
Uzm. Mes. No: 66274
Ağrı Devlet Hastanesi