

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/74
Konu : Malzeme Alımı

04/03/2019

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 06/03/2019 tarih ve saat 15:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	DİJİTAL TERMOMETRELİ KAN TAŞIMA ÇANTASI	ADET	1		
		TOPLAM			

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

6 LT DIGITAL TERMOMETRELİ KAN TAŞIMA ÇANTASI ŞARTNAMESİ

1. Rahat taşıma yapılabilmesi için çanta şeklinde olmalıdır.
2. Kapak kilitli olmalı, üzerindeki düğmeye basılmadan açılmamalı, Kapak hem sağa hem sola doğru açılmalıdır.
3. **Kapak üzerine monte edilmiş ve probu kap içine uzayan digital derecesi olmalıdır. Dijital termometre sayesinde KAN taşıma çantası iç sıcaklığı izlenebilir.**
4. **Çanta içinde kan ürünleri ve buz akülerinin temasını önleyecek karşılıklı 2 ayrı seperatör sistemi olmalıdır. Seperatörler hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde delikli olmalıdır. Her seperatörlü bölmeye 2 adet buz aküsü yerleştirilebilir.**
5. Ürün hem elde hem omuzda taşınabilir.
6. Çantanın yan taraflarında 'Kan Taşıma Çantası' ibaresi yer alan kırmızı renk zemine beyaz karakterle yazılmış etiket olmalıdır. Etiket suya dayanıklı sefon ile kaplı olmalıdır. Bu sayede etiket yazıları silinmemelidir.
7. Etiket üzerinde güvenlik uyarı yazıları olmalıdır.
8. Taşıma çantasının rengi mavi veya kırmızı olmalıdır.
9. Kan taşıma çantasının içi-dışı sert plastikten dayanıklı olmalıdır
10. Kan taşıma çantasının iç yüzeyi pürüzsüz ve dezenfektanlarla temizliği kolay olmalıdır.
11. Hacmi **en az 6 litre** olmalıdır.
12. Ürün hem elde hem omuzda taşınabilir. Omuz kemeri ayarlanabilir olmalıdır.
13. Kan torbası taşınmasına uygun olmalıdır.
14. Buz aküleriyle birlikte kullanmaya uygun olmalıdır.
15. Ürün orijinal kolisinde olacaktır.
16. Her çanta ile beraber **ücretsiz 4 adet buz aküsü** verilmelidir. Her buz aküsü üzerinde -2,+12derece **sıcaklığı gösteren etiketler** olmalıdır. Bu sayede buz akülerinin sıcaklığı anlık takip edilebilir. Sıcaklık takip etiketleri **uzun ömürlü** olmalıdır.
17. Teklif veren firmalar yetkili bayi olduklarını belgelemelidirler.

Caner Bekte

Caner Bekte