



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet 22 D

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ISITICI BATTANİYE ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 07/03/2019 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır  
Mehmet İLBOĞA  
İdari Mali İşler Müdürü V.

| SIRA NO | MALZEME ADI       | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM TUTAR |
|---------|-------------------|-------|--------|-------------|--------------|
| 1       | ISITICI BATTANİYE | ADET  | 2      |             |              |

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
e-İmzalıdır.  
Nebahat YİĞİT  
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47  
Belgegeçer: 0472 312 54 47  
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRIÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Elektronik imza suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden f4b4f394-d238-490f-ba0f-3754648455d7 kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

## TEK KULLANIMLIK HASTA ISITMA BATTANİYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yetişkin battaniye boyutları , boyu en az 200(ikiyüz) cm ve eni en az 120(yüzyirmi)cm olmalıdır.
2. İki katmandan oluşmalıdır. İç katman dokunmamış kumaştan iç katman polipropilen olmalı ve 54gr/m2 (ellidört) emici özelliği bulunmalıdır. İç katman içerisinde battaniyelerde özel gözenekler olmalıdır o gözenekler vasıtasıyla hasta hipotermisi sağlanmalıdır.
3. Battaniye lateks malzeme içermemelidir. Battaniye oluşabilecek nekroz ve bası yaralarında tedavi amaçlı gümüş iyon içermelidir. Battaniyede sıvı birikmesini engellemek amaçlı sıvı drenaj delikleri bulunmalıdır.
4. Battaniye röntgen filmi (x-ray transparent) çekilmesine uygun yapıda olmalıdır.
5. Isıyı battaniye içerisine yayan özel tasarımı bulunmalıdır.
6. Battaniye üzerindeki cihazın hava bağlantı hortumunun çıkarmaması ve diğer marka cihazlarla da kullanılabilmesi için özel Universal bağlantı (ipli tip bağlama ) kemeri olmalıdır. Karton bağlama olmamalıdır.
7. Firma battaniyeler karşılığında 2(iki) adet cihazı kullanılmak üzere istem yapan kliniğe bırakmalıdır.
8. Cihazın üzerinde en az 4(dört) farklı ısı kademesi olmalıdır. Bunlar 32,38,43,45(otuziki,otuzsekiz,kırküç,kırkbeş) kademelerinden oluşmalıdır. Cihaz ani ısı ve özellik dışı bir durumda kendini kapatmalıdır. Bu durum serviste denenecektir.
9. Hasta ısıtma sistemi en yüksek ısı 45 C (kırkbeş) kademesinden 15(onbeş) dk aralıkla bir alt sıcaklık kademesine otomatik olarak geçebilmelidir.
- 10.Hasta ısıtma sisteminde hızlı ısıtma modu bulunmalıdır. En yüksek ısı kademesinde çalışmaya başladıktan 45C(kırkbeş) dakika sonra bir alt ısı kademesine 43C (kırküç) dereceye otomatik olarak düşmelidir.
- 11.Teklif edilen battaniyeyle cihazı birebir uyumlu olmalıdır.
12. Battaniyelerin ubb kaydı bulunmalı, Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
13. 2(iki) yıl garanti kapsamında cihaz bakımı ve filtre değişimi ücretsiz olarak yapılacaktır.
- 14.Arızalı cihaz en az 48 saat içerisinde onarılmalı veya geçici olarak bir cihaz bırakılmalıdır.
- 15.Battaniye ıslak olan kişide ısıtmada her hangi bir temassızlık oluşturmamalı ve kişiye zarar vermeden kullanılabilmelidir.

16-Uygunluk numune değerlendirildikten sonra karar verilecektir.

17-2 cihaza kaç adet verileceği firma tarafından birimi mağdur etmeyecek şekilde ortak karar verilecektir. ~~Diğer~~ ~~adde~~lere uygunluk durumunda ürün kabul edilmeyecektir.

Doç.Dr. Faşar Eryılmaz  
Doğubayazıt Devlet Hastanesi  
Acil Uzm.Dr.Yıldız ONGUN  
Doç.Yes.No 163414

Uzm. Dr. Esref GENÇ  
Acil Tıp Uzmanı  
Doç.Yes.No 161092  
Doç.Dr. Faşar Eryılmaz  
Doğubayazıt Devlet Hastanesi