



AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ / AĞRI
ELEŞKİRT DAİ / SATIN ALMA BİRİMİ
25.03.2019 13:53 - 3647-00-020-186
0008857640

KONU : Teklife Davet /

Teklife Davet

Hastanemize Bakanlığımız tarafından gönderilen Aşı ve Kit lerin saklanması için ihtiyaç olan Aşı ve Kit Saklama Dolabımı işi 4734 Sayılı Kamu İhale kanunun 22-d maddesi kapsamında alınacak olup, Söz konus hizmet işin KDV Hariç birim ve toplam fiyatını 25.03.2019 tarih ve saat 10,00 a kadar/ 0472 711 4963 numaralı faksa / satinalmaeleşkirtdh@gmail.com adresine / posta yolu ile yada şahsen elden belirtilen adreslerden birine bırakmanız yada göndermeniz hususunu;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Bülent OZTÜRK
İdari ve Mall İş Müdürü

Sıra No		Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	Aşı ve Kit Saklama Dolabı	1	ADET		

Firma/ Kurum
Kaşe / İmza

1	İdareimize doğrudan temin usulü ile 25.03.2019 tarih ve saat 10,00 / Aşı ve Kit Saklama Dolabı alım işine alt dokümanları oluşturan bütün begeler tarafından incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrıntı ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla İtaraflımdan kabul edilmişdir. Değradan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıda hususları içeren teklifinizin kabulünü arz ederiz.
2	Eksik doldurulan üzerinde kazıntı, silindi veya düzelleme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaklar.
3	Teklifler en geç 25.03.2019, GÜNÜ SAAT 10,00 kadar 1 maddede yazılı bulunan adreslere gönderilmesi veya şahsen elden bırakılması gerekmektedir..
4	Teklif Fiyatına işin sigortası, nakliyesi ve diğer tüm giderleri dahil edilecektir.
5	Teklifler (Rakam ve Yazı ile) Kdv hariç verilecektir.
6	Tekliflerinde tarih, imza ve kaşe eksik görülen isteklinin tekli değerlendirilmeye alınmayacağı.
7	Faks veya Mail yolu ile gönderilen tekliflerin asılında İdareimiz Satınalma birimine ilettilenlerdir.
8	Teklifleri ile birlikte numuncu veya Katalok istenilmesi halinde numunesi veya katalogu olmayanın tekli değerlendirilmeye alınmayacağı.
9	Teklif edilen fiyatların geçerliliği (opsiyon) teklif tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün olacaktır.
10	Katalok verilecektir.

ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

TEL : 0 472 711 41 42 / DAH.11114

FAKS: 0 472 711 49 63

E-Mail : satinalmaeleşkirtdh@gmail.com



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İLİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
KIT AŞI SAKLAMA DOLABI
TEKNİK ŞARTNAM

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

1. Dolabin dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz saç ve iç yüzeyi krom nikel sac malzemeden yapılmıştır.
2. Dolap 195-230V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır. iç haznesi brüt en az 400 litre olmalıdır.
3. Dolap kapısı çift kat ısı camlı ,kilitlenebilir ve manyetik contalı olmalıdır. Bu sayede stok tabii kine imkan vermelidir.
4. Dolap içinde kullanıcı isteğine göre ayarlanabilen plastik Kaplamalı 5 adet tel raf bulunmalıdır.
5. Dolap 0 C / + 15 C derce aralığında çalışmalı ve +4 dereceye set edilmiş olmalıdır.
6. Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmalıdır.
7. Dolap sessiz ve sarsıntısız çalışmalıdır.
8. Dolap soğutma evaperatörünün verimliliği korumak için tam otomatik defrost sistemine sahip olmalıdır.
9. Dolap kabin içi aydınlatması led ile gerçekleşmelidir.
10. Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikroişlemcili dijital kontrol paneli olmalıdır. .Ancak yetkili kişilerin ulaşmasını sağlayan şifrele sisteme giriş yapılmamalıdır. Bu sistem son 30 güne ait ısı bilgilerini ekran üzerinden izlenebilmeye özelliğine sahip olmalıdır.
11. Dolap üzerinde sıcaklık bilgilerini istenildiğinden bilgisayar ortamına aktarılmasına sağlayan USB çıkışı olmalıdır. Bu USB sistemi 10 yıl süreyle geçmiş ısı kayıtlarını alma imkanı sağlamaktadır.
12. Dolap üzerindeki USB sistemi ile ısı değerleri bilgisayar ortamına Excel formatı şeklinde kaydedilebilmelidir.
13. Dolap üzerinde harici sensor bağlantı yeri olmalıdır.
14. Dolap kontrol panelinde bulunan termostat 0,1 derece hassiyetle ölçüm yapabilmelidir.
15. Elektronik kart üzerinde harici sensor ve dolap derecelerine eşleşmesi için sensor ayarı yapılabilmelidir.
16. Cihaz kontrol panelinde ,otomatik şarj edilen akümülatör sistemi olmalıdır. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve varsa termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamalıdır.
17. Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklığı aşıldığında , Dolabin kapısı açık kaldığında, Elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermelidir.
18. Dolabin soğutma sistemi ve izolasyon sistemi OZON tabakası için zararlı CFC gazı içermemelidir.
19. Dolabin soğutma sistemi bakır borulu , Alüminyum yaprak evaperatörlü fanlı soğutma sistemi şeklinde olmalıdır.(Roll bond evap şeklinde olmamalıdır.)
20. Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet sabit ve iki adet stoplu tekerlek bulunmaktadır.
21. Dolap 2 yıl garanti süresine ve garanti süresi sonrasında ise 10 yıl süreyle ücreti mukabilinde yedek parça garantisine sahip olmalıdır. Üretici firmamın Türkiye genelinde en az 50 noktada yetkili servisi bulunmalı ve servis bilgisi liste halinde verilmelidir.
22. Dolaba kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmelidir. Termal yazıcıdan saklanan verilerin rakamsal dökümleri hata kodları alınabilemektedir.
23. Dolabin ISO 9001:2008,TSE hizmet yeterlilik , EC Sertifikaları olmalıdır. Dolabin üzerinde CE ve Barkodu bulunma.
24. 23-Firma vermemi Taahhüt ettiği Aşı dolabının teknik özellikleri yazılı ve görselin olduğu ürüne ait katalogunu teklifin ekinde sunmalıdır. Teklif ekinde katalogu olmayan firmamın teklifi değerlendirmeye alınmayacağındır.

Üye
Erkan KAHRAMAN
Acil Sorumlusu

Üye
Seyda KANSU
Ebc/ Aşı ve Soğuk Zincir Sorumlusu